

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № п/п | Наименование                                                         | Единица измерения | Количество |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1     | Винт самонарезающийся, канюлированный спонгиозный с неполной резьбой | шт                | 50         |
| 2     | Комплект инструментов для установки винтов                           | комплект          | 1          |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".**

| № п/п | Наименование продукции                                               | Базовые параметры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1   | Винт самонарезающийся, канюлированный спонгиозный с неполной резьбой | 2.1.1 материал - титан<br>2.1.2 самонарезающийся<br>2.1.3 тип - спонгиозный<br>2.1.4 диаметр внутреннего отверстия 0,9-1,1 мм<br>2.1.5 диаметр 4,5+-0,5мм<br>2.1.6 длина 36+-2мм                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2   | Комплект инструментов для установки винтов                           | 2.2.1 Должен обеспечивать все этапы установки и удаления фиксатора в соответствии с технологическим процессом.<br>2.2.2 Отвертка для вкручивания винта<br>2.2.2.1 длина рабочей части 170-180 мм;<br>2.2.2.2 рабочая часть канюлированная по всей длине для возможности проведения через нее спицы;<br>2.2.2.3 форма наконечника отвертки должна соответствовать форме концевой части винта для возможности его ввинчивания и прочной фиксации на отвертке |

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):**

3.1. Согласно аукционным документам организатора.