

Приложение №1  
к заявке на закупку  
Стол процедурный для новорожденных

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**  
**ЛОТ №1: Стол процедурный для новорожденных**

1. Состав (комплектация на 1 комплект) медицинских изделий

| № | Наименование                       | Кол-во, шт. |
|---|------------------------------------|-------------|
| 1 | Стол процедурный для новорожденных | 1           |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

| №п/п | Наименование                                                                              | Параметры     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1  | Расстояние от пола до поверхности матраца, мм (не более)                                  | 935           |
| 2.2  | Температура поверхности лежа (не более), °С                                               | от +25 до +38 |
| 2.3  | Потребляемая мощность Вт (не более)                                                       | 650           |
| 2.4  | Нагрузка на ложе, кг, не более                                                            | 25            |
| 2.5  | Время достижения установленного рабочего режима нагрева поверхности лежа (не более), мин. | 30            |
| 2.6  | Элемент мягкий (матрац)                                                                   | наличие       |
| 2.7  | Многодиапазонный оптический модуль                                                        | наличие       |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.