



15.03/1.11
не отменяется

Государственное учреждение здравоохранения
«Минский областной клинический госпитал
инвалидов Великой Отечественной войны имени
П.М.Машерова»

Дефектный акт

г. Минск

«11» августа 2026 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тайм Медикалс», инженер электроник Панцырев О.О. провел диагностику технического состояния оборудования:

Техническое обслуживание системы ультразвуковой диагностической Logiq BOOK XR.

При проведении диагностики были выявлены следующие дефекты: неисправность кнопки включения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: замена кнопки включения.

Директор

Я.И.Власова



инженер О.О. Панцырев