

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80;
маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці,
БІК BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»

Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80;
маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области,
БИК BLBBVY2X УНП 400052327

08.09.2026 № 4-14/330

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на «Стоматологическая установка», согласно Приложения №1.

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прецедент и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **10.09.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист по маркетингу



М.В.Саварина

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения.**

1. Состав (комплектация) оборудования:

№, п/п	Наименование	Количество (шт.)
1	Кресло стоматологическое	1
2	Модуль врача-стоматолога	1
3	Светильник стоматологический	1
4	Стул стоматологический	1
5	Микромотор	1
6	Гидроблок	1
7	Компрессор в глушительной коробке	1

2. Технические требования:**2.1. Кресло стоматологическое.**

- 2.1.1. анатомическая спинка кресла - наличие.
- 2.1.2. Защитный силиконовый чехол - наличие.
- 2.1.3. Подголовник трех-шарнирный, регулируемый по высоте – наличие.
- 2.1.4. Левый подлокотник – стационарный, правый – откидной или смещаемый горизонтально.
- 2.1.5. Противоскользящая защита - наличие.
- 2.1.6. Поднятие кресла – электромеханическое.
- 2.1.7. Управление через модуль врача, ассистента и педали управления.
- 2.1.8. Грузоподъемности кресла пациента – не менее 180 кг.

2.2. Модуль врача-стоматолога

- 2.2.1. Мобильный блок врача на пружинистом манипуляторе - наличие.
- 2.2.2. Регулировка по горизонтали и вертикали.
- 2.2.3. Система тормозов в мобильном блоке - наличие.
- 2.2.4. Функции на панели управления модуля врача-стоматолога:
- перемещение кресла пациента в положение экстренной помощи и «посадки»;
- включение/выключение бестеневого светильника, негатоскопа.
- 2.2.5. Нижняя подача инструментов - не менее чем 4 мест (элементов).
- 2.2.6. Шприц «вода-воздух-спрей» - наличие.
- 2.2.7. Негатоскоп - наличие.
- 2.2.8. Регулировка рабочего давления воздуха и расхода воды в наконечниках - наличие.

2.3. Светильник стоматологический

- 2.3.1. Источник света – LED.
- 2.3.2. Два уровня освещенности – белый-желтый.
- 2.3.3. Уровень освещенности – не менее 35000 люкс.

2.4. Стул стоматологический

- 2.4.1. Сиденье анатомической формы.
- 2.4.2. Покрытие сиденья устойчиво к истиранию и дезинфекции.

2.5. Гидроблок

- 2.5.1. Ёмкость системы подачи чистой воды – не менее 1 литра.
- 2.5.2. Система промывки шлангов - наличие.
- 2.5.3. Плевательница – съемная.
- 2.5.4. На входе в установку - фильтры в водяной и воздушных линиях.

- 2.5.5. Ожектор воздушного типа - встроенный.

2.6. Микромотор

- 2.6.1. Регулируемая мощность и подача воды наконечника.
- 2.6.2. Возможность автоклавирования наконечника при температуре не менее 132 °С.
- 2.6.3. Максимальная скорость – не более 40 000 об./мин.
- 2.6.4. Подключение к установке – 4-капальный шланг.

2.7. Компрессор в глушительной коробке

- 2.7.1. Мощность – не менее 800 Вт.
- 2.7.2. Воздушный поток – не менее 80 л/мин.
- 2.7.3. Ёмкость бака – не менее 35 л.
- 2.7.4. Напряжение и частота – 220 В, 50 Гц.
- 2.7.5. Шумоподавляющий кожух - наличие.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.