

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBY2X УНП 400052327

На № 08.09.2026 № 4-17/331
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС
информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: **Шкаф сухо-тепловой**

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **10.09.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования:

№, п/п	Наименование	Количество (шт.)
1	Шкаф сухо-тепловой	3
2	Кассета	15
3	Подставка	3

2. Технические требования:

- 2.1. Шкаф сухо-тепловой используется для стерилизации медицинских инструментов.
- 2.2. Требования к функциональным характеристикам
 - 2.2.1. Обеспечение параметров режима работы - автоматическое.
 - 2.2.2. Микропроцессорное управление - наличие.
 - 2.2.3. Конвекция бесшумным вентилятором - принудительная.
 - 2.2.4. Устройство защиты от перегрева - наличие.
 - 2.2.5. Принудительное охлаждение - наличие.
- 2.3. Требования к техническим характеристикам
 - 2.3.1. Объем камеры – не менее 80 л.
 - 2.3.2. Габаритные размеры – не более 840*600*550.
 - 2.3.3. Габаритные размеры камеры – не менее 500*450*340.
 - 2.3.4. Материал камеры – нержавеющая сталь.
 - 2.3.5. Время нагрева без загрузки до 180°C – не более 25 мин.
 - 2.3.6. Масса – не более 65 кг.
 - 2.3.7. Режим работы:
 - сушка 85 °C – не более 45 мин;
 - стерилизация 180 °C – не более 80 мин.
 - 2.3.8. Программируемые режимы, сохраняющиеся в памяти после отключения электропитания – не менее 5.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.