

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

08.09.2026 № 4-14/332

На № _____ ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС

информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Спирометр медицинский»** (см. Приложение 1) *в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **10.09.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения.**

1. Состав (комплектация) оборудования:

№, п/п	Наименование	Количество (шт.)
1	Автономный спирометр	1
2	Сетевой адаптер	1
3	Кабель интерфейсный	1
4	Сенсор потока	1
5	Зажим для носа	2
6	Удлинитель сетевой	1
7	Печатающее устройство (принтер)	1
8	Видеомонитор цветной ЖК	1
9	Шприц калибровочный	1

2. Технические требования:

2.1. Спирометр предназначен для диагностики заболеваний легких, оценки их работы, а также при профосмотрах.

2.2. Требования к техническим характеристикам

2.2.1. Емкость архива (количество записей) – не менее 30 000.

2.2.2. Наличие:

- спирометрических тестов ЖЕЛ и ФЖЕЛ,
- тест МВЛ,
- тест пикфлоуметрии,
- бронходилатационная проба,
- провокационная проба,
- функциональная проба,
- тесты АСТ и САТ (вопросники),
- сравнение двух, нескольких измерений, регрессия, динамическое наблюдение.

2.2.3. Использование как многоразовых, так и одноразовых мундштуков и антибактериальных фильтров.

2.2.4. Программное обеспечение - наличие.

2.2.6. Возможность проводить оценку функционального статуса дыхательной системы на основе вычисления не менее 30 показателей внешнего дыхания в автоматическом режиме - наличие.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.