

Описание технических показателей (характеристик)

А/В сканер с ультразвуковой биомикроскопией

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Ультразвуковой сканер офтальмологический.	1
1.2	Ножная педаль управления.	1
1.3	Биометрический зонд для аксиального сканирования	1
1.4	В-зонд для общего сканирования заднего отрезка глаза	1
1.5	Линейный зонд (UBM) для визуализации переднего отрезка глаза	1
1.6	Чехол пылезащитный	1

2. Технические требования:

2.1	Функция аксиальной биометрии А-зондом с частотой не менее 10 МГц	Наличие
2.2	Функция направляющего луча для позиционирования биометрического зонда.	Наличие
2.3	Функция общего сканирования заднего отрезка глаза В-зондом с частотой не менее 10 МГц	Наличие
2.4	Функция ультразвуковой биомикроскопии для визуализации переднего отрезка глаза с частотой не менее 40 МГц.	Наличие
2.5	Функция постобработки изображений для измерения расстояний на сохраненном обследовании и воспроизведения видеоизображений.	Наличие
2.6	Функция расчета диоптрийной силы ИОЛ: - наличие не менее 5 основных формул, включая: SRK-II; SRK-T; Holladay; Hoffer-Q; Haigis. - наличие не менее 2 основных формул для глаз после рефракционной операции, включая: Double-K/SRK-T, Шаммас.	Наличие
2.7	Функция управления и визуализации с использованием цветного сенсорного ЖК-экрана с диагональю не менее 25 см.	Наличие
2.8	Функция печати результатов исследований с использованием принтера.	Наличие
2.9	Возможность подключения к сети клиники	Наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №793/26

лот 2

Описание технических показателей (характеристик)
Ультразвуковой сканер офтальмологический

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Ультразвуковой сканер офтальмологический	1
1.2	Ножная педаль управления	1
1.3	Биометрический зонд для аксиального сканирования	1
1.4	В-зонд для общего сканирования заднего отрезка глаза	1
1.5	Чехол пылезащитный	1

2. Технические требования:

2.1	Функция аксиальной биометрии А-зондом с частотой не менее 10 МГц.	Наличие
2.2	Функция направляющего луча для позиционирования биометрического зонда.	Наличие
2.3	Функция общего сканирования заднего отрезка глаза В-зондом с частотой не менее 10 МГц.	Наличие
2.4	Функция постобработки изображений для измерения расстояний на сохраненном обследовании и воспроизведения видеоизображений.	Наличие
2.5	Функция расчета диоптрийной силы ИОЛ, наличие не менее 6 формул.	Наличие
2.6	Функция управления и визуализации с использованием цветного сенсорного ЖК-экрана с диагональю не менее 25 см	Наличие
2.7	Функция печати результатов исследований с использованием принтера.	Наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.