

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных
услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 1

Тележка для транспортировки эндоскопов – 4 шт.

1. Состав 1 единицы оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1.	Тележка для транспортировки эндоскопов	1
1.2.	Контейнер с крышкой	не менее 4
1.3.	Цветовые наклейки или пленки	не менее 2 760 зеленых и 2 760 красных

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование параметров
2.1.	Тележка для транспортировки эндоскопов
2.1.1.	Представляет собой каркас с полками на которые ставятся контейнеры для эндоскопов.
2.1.2.	Может быть изготовлен из металла с полимерным покрытием или ударопрочного пластика, выдерживающего нагрузку размещения не менее 4-х эндоскопов на полках.
2.1.3.	Высота тележки – не менее 1000 мм.
2.1.4.	Межполочное расстояние – не менее 250 мм.
2.1.5.	Наличие 2-х ручек для перемещения.
2.1.6.	Наличие 4-х колес диаметром не менее 80 мм, не менее 2-х с тормозом.
2.2.	Контейнер с крышкой
2.2.1.	Из ударопрочного пластика.
2.2.2.	Прямоугольной или квадратной формы.
2.2.3.	Высотой не менее 160 мм, для полного размещения эндоскопа в контейнере.
2.2.4.	Крышка пластиковая, прозрачная.

2.3	Цветовые наклейки или пленки
2.3.1.	Для цветового кодирования чистых и грязных эндоскопов.
2.3.2.	Могут быть в виде наклеек зеленого и красного цвета или пленок зеленого и красного цвета (которые полностью закрывают контейнер).

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.