

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №1. Манжеты НИАД

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №1 Манжеты НИАД	Манжеты НИАД в комплекте с камерой и одной трубкой.	20 шт.

2. Технические требования:

- 2.1 многоразовые;
- 2.2 коннектор: без коннектора;
- 2.3 возрастная категория: взрослый;
- 2.4 размер 34-36*45-47 см;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №2. Манжеты НИАД

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №2 Манжеты НИАД	Манжеты НИАД в комплекте с камерой и одной трубкой.	10 шт.

2. Технические требования:

- 2.1 многоразовые;
- 2.2 коннектор: без коннектора;
- 2.3 возрастная категория: взрослый;
- 2.4 размер 24-26*34-36 см;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №3. Манжеты НИАД

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №3 Манжеты НИАД	Манжеты НИАД в комплекте с камерой и одной трубкой.	2 шт.

2. Технические требования:

- 2.1 многоразовые;
- 2.2 коннектор: без коннектора;
- 2.3 возрастная категория: взрослый (бедро);
- 2.4 размер 44-46*55-57 см;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №4. Манжеты НИАД

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №4 Манжеты НИАД	Манжеты НИАД в комплекте с камерой и одной трубкой.	5 шт.

2. Технические требования:

- 2.1 многоразовые;
- 2.2 коннектор: без коннектора;

2.3 возрастная категория: взрослый (бедро);

2.4 размер 45-47*65-67 см;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №5. Манжеты НИАД

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №5 Манжеты НИАД	Манжеты НИАД в комплекте с камерой и одной трубкой.	6 шт.

2. Технические требования:

2.1 многоразовые;

2.2 коннектор: без коннектора;

2.3 возрастная категория: взрослый;

2.4 размер 32-34*46-48 см;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.