

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров:

Перечень показателей (характеристик) закупаемых товаров	
Лот 1	
1.1. Закупка электронных средств измерения для регистрации температуры и относительной влажности в помещениях аптек.	
1.1.1. Описание потребительских свойств	Измеритель-регистратор (логгер) с памятью измерений для измерения температуры и относительной влажности воздуха в помещениях хранения лекарственных средств в аптеках.
1.1.2. Количество	200 штук
1.1.3. Технические характеристики	• Количество каналов измерения – 2. • Диапазон измерения температуры, °С: от минус 40 до +55. • Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерителя при измерении температуры, °С, не более: $\pm 0,5$. • Диапазон измерения относительной влажности, %: от 10 до 95. • Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерителя при измерении относительной влажности, %, не более: $\pm 4,5$. • Источник электропитания: батарея литиевая. • Наличие встроенной памяти измерений: не менее 260 тыс. значений на каждый канал. • Период регистрации измерений: от 1 с до 24 ч (возможность установить с помощью ПО). • Тип записи данных: до заполнения, циклический. • Габаритные размеры не более 150*50*30 мм • Срок службы не менее 5 лет.
1.1.4. Спецификация	• Соответствие документации изготовителя • Комплект документации: паспорт и инструкция по эксплуатации, копии сертификатов и/или деклараций о соответствии техническим регламентам Таможенного союза.
1.1.5. Дополнительные условия	Предлагаемое к поставке средство измерений должно быть:

	• внесено в Госреестр СИ РБ; • метрологически обеспечено в РБ; • обеспечено оперативной технической поддержкой производителя на территории РБ
Ориентировочная стоимость: 103 884,00 (Сто три тысячи восемьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек) белорусских рублей.	
Лот 2	
2.1. Закупка электронных средств измерения для регистрации температуры в холодильном оборудовании аптек	
2.1.1. Описание потребительских свойств	Измеритель-регистратор (логгер) с памятью измерений для измерения температуры воздуха в холодильном оборудовании аптек
2.1.2. Количество	300 штук
2.1.3. Технические характеристики	• Количество каналов измерения – 1. • Диапазон измерения температуры, °С: от минус 40 до +55. • Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерителя при измерении температуры, °С, не более: $\pm 0,5$. • Источник электропитания: батарея литиевая. • Наличие встроенной памяти измерений: не менее 500 тыс. значений. • Период регистрации измерений: от 1 с до 24 ч (возможность установить с помощью ПО). • Тип записи данных: до заполнения, циклический. • Габаритные размеры не более 150*50*30 мм • Срок службы не менее 5 лет.
2.1.4. Спецификация	• Соответствие документации изготовителя • Комплект документации: паспорт и инструкция по эксплуатации, копии сертификатов и/или деклараций о соответствии техническим регламентам Таможенного союза.
2.1.5. Дополнительные условия	Предлагаемое к поставке средство измерений должно быть: • внесено в Госреестр СИ Республики Беларусь; • метрологически обеспечено в Республики Беларусь; • обеспечено оперативной технической поддержкой производителя на территории Республики Беларусь

Ориентировочная стоимость: 160 146,00 (Сто шестьдесят тысяч сто сорок шесть рублей 00 копеек) белорусских рублей.

3. Предлагаемые к поставке товары должны быть новыми, не бывшим в употреблении, качественными, безопасными в эксплуатации.

4. Поставляемые товары должны быть сертифицированы в Республике Беларусь и соответствовать стандартам, которые действуют на территории Республики Беларусь.

5. Поставщик осуществляет бесплатное устранение дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации.

Ответственное лицо:
Начальник организационно-фармацевтического отдела



С.Л. Савельев