

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Электрод монополярный петлевой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№ 1	Электрод монополярный петлевой	шт.	3

2. Технические требования:

2.1. Диаметр 4-6 мм.

2.2. Проволочный.

2.3. Длина 30- 90мм.

2.4. Совместим с ручкой электрода 4 мм .

2.5. Многоразового использования.

2.6. Автоклавируемый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Электрод монополярный петлевой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№ 2	Электрод монополярный петлевой	шт.	6

2. Технические требования:

2.1. Диаметр 4-6 мм.

2.2. Проволочный.

2.3. Длина 90-150 мм.

2.4. Совместим с ручкой электрода 4 мм.

2.5. Многоразового использования.

2.6. Автоклавируемый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Электрод монополярный петлевой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№3	Электрод монополярный петлевой	шт.	3

2. Технические требования:

2.1. Диаметр 9-11 мм.

2.2. Проволочный.

2.3. Длина 90-150мм.

2.4. Совместим с ручкой электрода 4 мм.

2.5. Многоразового использования.

2.6. Автоклавируемый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот № 4 Инъекционная игла

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Инъекционная игла	Инъекционные иглы	300 шт.

2. Технические требования:

2.1. Под инструментальный канал 2,8мм

2.2. Рабочая длина 1800-2300мм.

2.3. Длина иглы 4-6мм.

2.4. Диаметр иглы 0.5-0.8мм.

2.5. Одноразовая.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №5 Нож для эндоскопической диссекции (ESD)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Нож для эндоскопической диссекции(ESD)	Нож для эндоскопической диссекции(ESD)	20 шт.

2. Технические требования:

2.1. Одноразовый.

2.2. Длина 2300 мм.

2.3. Подходит для канала эндоскопа 2,8мм.

2.4. Длина надреза 2-5 мм, регулируемая.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.