

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат низкочастотный
физиотерапевтический для электросна

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат низкочастотный физиотерапевтический для электросна

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Аппарат для электросна	шт.	1
1.2	Кабели пациента	шт.	Не менее 2
1.3	Маска для электросна	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Частота следования импульсного тока, в диапазоне, Гц	1-200
2.2	Ток пациента в режиме электросна, не более, мА	10
2.3	Отображение информации о ходе процедуры	Наличие
2.4	Таймер времени процедуры с диапазоном установки	наличие
2.5	Подача звукового сигнала по окончании установленного времени процедуры	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.