

**Приложение 1к заявке на закупку
медицинских изделий**

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор для эмболизации жидким полимером	штука	5
2.	Набор для эмболизации жидким полимером	штука	3
3.	Набор для эмболизации жидким полимером	штука	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Набор для эмболизации жидким полимером	2.1.1. 1мл жидкого эмболизирующего кополимера в концентрации 25% в шприце
		2.1.2. 1 мл диметил сульфоксида в шприце
		2.1.3. Катетерный адаптер
		2.1.4. Микрокатетер калибром не более 2,0F (0,667 мм), длиной не менее 150см, устойчивый к диметилсульфоксиду
2.	Набор для эмболизации жидким полимером	2.2.1. 1мл жидкого эмболизирующего кополимера в концентрации 30% в шприце
		2.2.2. 1 мл диметил сульфоксида в шприце
		2.2.3. Катетерный адаптер
		2.2.4. Микрокатетер калибром не более 2,0F (0,667 мм), длиной не менее 150см, устойчивый к диметилсульфоксиду
3.	Набор для эмболизации жидким полимером	2.3.1. 1мл жидкого эмболизирующего кополимера в концентрации 30% в шприце
		2.3.2. 1 мл диметил сульфоксида в шприце
		2.3.3. Катетерный адаптер
		2.3.4. Микрокатетер калибром не более 2,0F (0,667 мм), длиной не менее 150см, устойчивый к диметилсульфоксиду

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.