

**Приложение 1к заявке на закупку
медицинских изделий**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор для чрескожного дренирования абсцессов	штука	20
2.	Набор для чрескожного дренирования абсцессов	штука	20

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Набор для чрескожного дренирования абсцессов	2.1.1. Катетер дренажный калибром 8 - 8,5 F (2,667 – 2,833 мм) с гидрофильным покрытием 2.1.2. Длина катетера 25-30 см 2.1.3. Кончик катетера "Pigtail" 2.1.4. Канюля для придания жёсткости катетеру 2.1.5. Нитевой замок фиксации кончика катетера типа "Mac Lock" 2.1.6. Жёсткий проводник калибром 0,035 - 0,038 дюйма (0,889 мм - 0,965 мм) 2.1.7. Игла для пункции с мандреном с эхоконтрастным кончиком калибром 19-21G (0,819 – 1,067 мм) 2.1.8. Длина иглы 15-20 см 2.1.9. Микропроводник повышенной жёсткости калибром 0,018 дюйма (0,457 мм) 2.1.10. Длина микропроводника не менее 60см 2.1.11. Коаксиальный интродьюсер с дилатором и жёсткой канюлей 2.1.12. Бужи 2.1.13. Дренажный мешок 2.1.14. Устройство для фиксации катетера к коже
2.	Набор для чрескожного дренирования	2.2.1. Катетер дренажный калибром 10F с гидрофильным покрытием (3,333 мм) 2.2.2. Длина катетера 25-30 см

абсцессов	2.2.3. Кончик катетера "Pigtail"
	2.2.4. Канюля для придания жёсткости катетеру
	2.2.5. Нитевой замок фиксации кончика катетера типа "Mac Lock"
	2.2.6. Жёсткий проводник калибром 0,035 - 0,038 дюйма (0,889 мм - 0,965 мм)
	2.2.7. Игла для пункции с мандреном с эхоконтрастным кончиком калибром 19-21G (0,819 – 1,067 мм)
	2.2.8. Длина иглы 15-20 см
	2.2.9. Микропроводник повышенной жёсткости калибром 0,018 дюйма (0,457 мм)
	2.2.10. Длина микропроводника не менее 60см
	2.2.11. Коаксиальный интродьюсер с дилатором и жёсткой канюлей
	2.2.12. Бужи
	2.2.13. Дренажный мешок
	2.2.14. Устройство для фиксации катетера к коже

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.