

**Приложение 1 к заявке на закупку
медицинских изделий**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор интрадьюсера ангиографического	штука	70
2.	Набор интрадьюсера ангиографического	штука	10
3.	Набор интрадьюсера ангиографического	штука	30
4.	Набор интрадьюсера ангиографического	штука	10
5.	Набор интрадьюсера ангиографического	штука	25

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Набор интрадьюсера ангиографического	2.1.1. Для введения катетеров калибром 5 F (1,667 мм)
		2.1.2. Дилататор
		2.1.3. Игла для пункции артерии
		2.1.4. Проводник для заведения интрадьюсера
		2.1.5. Гемостатический клапан
		2.1.6. Боковой порт для промывания с 3-х ходовым краником
		2.1.7. Замок дилататора и интрадьюсера
		2.1.8. Для феморального доступа
2.	Набор интрадьюсера ангиографического	2.2.1. Для введения катетеров калибром 4 F (1,333 мм)
		2.2.2. Дилататор
		2.2.3. Игла для пункции артерии
		2.2.4. Проводник для заведения интрадьюсера
		2.2.5. Гемостатический клапан
		2.2.6. Боковой порт для промывания с 3-х ходовым краником
		2.2.7. Замок дилататора и интрадьюсера
		2.2.8. Для феморального доступа

3.	Набор интродьюсера ангиографического	2.3.1. Для введения катетеров калибром 6 F (2 мм)
		2.3.2. Дилататор
		2.3.3. Игла для пункции артерии
		2.3.4. Проводник для заведения интродьюсера
		2.3.5. Гемостатический клапан
		2.3.6. Боковой порт для промывания с 3-х ходовым краником
		2.3.7. Замок дилататора и интродьюсера
		2.3.8. Для феморального доступа
4.	Набор интродьюсера ангиографического	2.4.1. Для введения катетеров калибром 7 F (2,333 мм)
		2.4.2. Дилататор
		2.4.3. Игла для пункции артерии
		2.4.4. Проводник для заведения интродьюсера
		2.4.5. Гемостатический клапан
		2.4.6. Боковой порт для промывания с 3-х ходовым краником
		2.4.7. Замок дилататора и интродьюсера
		2.4.8. Для феморального доступа
5.	Набор интродьюсера ангиографического	2.5.1. Для введения катетеров калибром 8 F (2,667 мм)
		2.5.2. Дилататор
		2.5.3. Игла для пункции артерии
		2.5.4. Проводник для заведения интродьюсера
		2.5.5. Гемостатический клапан
		2.5.6. Боковой порт для промывания с 3-х ходовым краником
		2.5.7. Замок дилататора и интродьюсера
		2.5.8. Для феморального доступа

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.