

**Приложение 1 к заявке на закупку
медицинских изделий**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор для билиарного дренирования	штука	100
2.	Набор для билиарного дренирования	штука	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Набор для билиарного дренирования	2.1.1. Катетер дренажный с гидрофильным покрытием калибром 8 - 8,5F (2,667 – 2,833 мм)
		2.1.2. Кончик катетера "Pigtail"
		2.1.3. Нитевой замок фиксации кончика катетера типа "Mac Lock"
		2.1.4. Не менее 10 дренажных отверстий в катетере
		2.1.5. Дренажные отверстия по ходу и на кончике катетера
		2.1.6. Протяженность зоны дренирования по ходу катетера 13-15 см (для проксимальных сужений)
		2.1.7. Канюля для придания жёсткости катетеру
		2.1.8. Жесткий проводник калибром 0,035 - 0,038 дюйма с J-образным кончиком (0,889 - 0,965 мм)
		2.1.9. Набор для минидоступа
		2.1.10. Устройство для фиксации катетера к коже
		2.1.11. Дренажный мешок
2.	Набор для билиарного дренирования	2.2.1. Катетер дренажный с гидрофильным покрытием калибром 8 - 8,5F (2,667 – 2,833 мм)
		2.2.2. Кончик катетера "Pigtail"
		2.2.3. Нитевой замок фиксации кончика катетера типа "Mac Lock"
		2.2.4. Не менее 10 дренажных отверстий в катетере
		2.2.5. Дренажные отверстия по ходу и на кончике катетера
		2.2.6. Протяженность зоны дренирования по ходу катетера 10-12 см (для дистальных сужений)

		2.2.7. Канюля для придания жёсткости катетеру
		2.2.8. Жесткий проводник калибром 0,035 - 0,038 дюйма с J-образным кончиком (0,889 - 0,965 мм)
		2.2.9. Набор для минидоступа
		2.2.10. Устройство для фиксации катетера к коже
		2.2.11. Дренажный мешок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.