

**Приложение 1 к заявке на закупку
медицинских изделий**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Катетер ангиографический	штука	60
2.	Катетер ангиографический	штука	30
3.	Катетер ангиографический	штука	30
4.	Катетер ангиографический	штука	30
5.	Катетер ангиографический	штука	10

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Катетер ангиографический	2.4.1. Калибр 4F (1,333 мм)
		2.4.2. Длина 100 см
		2.4.3. Форма концевой изгиба "Vertebral"
2.	Катетер ангиографический	2.5.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)
		2.5.2. Длина 100 см
		2.5.3. Форма концевой изгиба "Bentson-Hanafee-Wilson1"
3.	Катетер ангиографический	2.6.1. Калибр - 5 F (1,667 мм)
		2.6.2. Длина 100 см
		2.6.3. Форма концевой изгиба "Simmons/Sidewinder3"
4.	Катетер ангиографический	2.7.1. Калибр - 5 F (1,667 мм)
		2.7.2. Длина 65-80 см
		2.7.3. Форма концевой изгиба "Cobra2"
5.	Катетер ангиографический	2.8.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)
		2.8.2. Длина 100 см
		2.8.3. Форма концевой изгиба "Multipurpose"

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному
сроку (годности, стерильности)**

Согласно аукционным документам организатора.