

**Приложение 1 к заявке на закупку
медицинских изделий**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Микропроводник ангиографический	штука	40

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Микропроводник ангиографический	2.1.1. Длина не менее 180-190 см
		2.1.2. Калибр 0,014 дюйма (0,3556 мм)
		2.1.3. Гидрофильное покрытие
		2.1.4. Длина рентгенконтрастной части на кончике не менее 3 см
		2.1.5. Сердечник двойной (сплошной и витой) с дублирующей внутренней спиральной оплёткой
		2.1.6. Возможность изменения формы кончика

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному
сроку (годности, стерильности)**

Согласно аукционным документам организатора.