

**Приложение 1 к заявке на закупку
медицинских изделий**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Катетер ангиографический	штука	30
2.	Катетер ангиографический	штука	10
3.	Катетер ангиографический	штука	30
4.	Катетер ангиографический	штука	20
5.	Катетер ангиографический	штука	30
6.	Катетер ангиографический	штука	30

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Катетер ангиографический	2.1.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)
		2.1.2. Длина 80 см
		2.1.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.1.4. Форма концевой изгиба "Cobra3"
2.	Катетер ангиографический	2.2.1. Калибр - 5 F (1,667 мм)
		2.2.2. Длина 65-70 см
		2.2.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.2.4. Форма концевой изгиба "Yashiro"
3.	Катетер ангиографический	2.3.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)
		2.3.2. Длина 100 см
		2.3.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.3.4. Форма концевой изгиба "Simmons/Sidewinder1"
4.	Катетер ангиографический	2.4.1. Калибр - 5 F (1,667 мм)
		2.4.2. Длина 100 см
		2.4.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.4.4. Форма концевой изгиба "Bentson-Hanafee-Wilson1"
5.	Катетер	2.5.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)

	ангиографический	2.5.2. Длина 100 - 120 см
		2.5.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.5.4. Форма концевой изгиба "Vertebral"
6.	Катетер ангиографический	2.6.1. Калибр - 4 F (1,333 мм)
		2.3.2. Длина 100 см
		2.3.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера
		2.3.4. Форма концевой изгиба "non-tapered angled"

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
Согласно аукционным документам организатора.