

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат физиотерапевтический портативный
(низкочастотное магнитное поле,
режим импульсный)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат физиотерапевтический портативный (низкочастотное магнитное поле, режим импульсный)

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Блок управления	шт.	1
1.2	Индукторы	шт.	Не менее 3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Тип воздействия	низкочастотное импульсное магнитное поле
2.2	Амплитуда магнитной индукции, мТл	не менее 15 - не более 45
2.3	Частота следования импульсов, Гц	не менее 10
2.4	Частота воздействия, в диапазоне, Гц	80-120
2.5	Режим работы	повторно-кратковременный

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.