

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат для низкочастотной электротерапии

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Прибор низкочастотной электротерапии	шт.	1
1.2	Кабель пациента	шт.	Не менее 3
1.3	Электрод фланелевый	шт.	Не менее 26

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Аппарат должен проводить следующие виды электротерапии	Лечение токами низкой частоты – не менее 1 канала Лечение токами средней частоты – не менее 2 каналов
2.2	Аппарат должен обеспечивать	регулировку интенсивности от 0 до 80 мА
2.3	Возможность программирования основных параметров часто используемых процедур	наличие
2.4	Выбор модулирующей частоты	от 1 до 150 Гц
2.5	Автоматическое отключение по окончании процедур с плавным снижением силы тока и подачей звукового сигнала	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.