

**Приложение 1 к заявке на закупку
медицинских изделий**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Стент пищеводный	штука	10
2.	Стент пищеводный	штука	10
3.	Стент пищеводный	штука	5

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Стент пищеводный	2.1.1. Самораскрывающийся
		2.1.2. Металлический
		2.1.3. Воронкообразное расширение на концах стента
		2.1.4. Длина стента 90 мм
		2.1.5. Диаметр активной части 18-22 мм
		2.1.6. Кислотостойкое покрытие
		2.1.7. Калибр системы доставки не более 9,5 мм
		2.1.8. Лассо для репозиционирования стента
2.	Стент пищеводный	2.2.1. Самораскрывающийся
		2.2.2. Металлический
		2.2.3. Воронкообразное расширение на концах стента
		2.2.4. Длина стента 120 мм
		2.2.5. Диаметр активной части 20-22 мм
		2.2.6. Кислотостойкое покрытие
		2.2.7. Калибр системы доставки не более 9,5 мм
		2.2.8. Лассо для репозиционирования стента
3.	Стент пищеводный	2.3.1. Самораскрывающийся
		2.3.2. Металлический
		2.3.3. Воронкообразное расширение на концах стента
		2.3.4. Длина стента 150 - 160 мм
		2.3.5. Диаметр активной части 20-22 мм
		2.3.6. Кислотостойкое покрытие
		2.3.7. Калибр системы доставки не более 9,5 мм
		2.3.8. Лассо для репозиционирования стента

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному
сроку (годности, стерильности)**

Согласно аукционным документам организатора.