

**Приложение 1 к заявке на закупку
медицинских изделий**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	штука	60
2.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	штука	20
3.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	2.1.1. Длина 180 см
		2.1.2. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.1.3. Кончик согнутый под углом
		2.1.4. Длина мягкой части 3 см
2.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	2.2.1. Длина 180 см
		2.2.2. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.2.3. Без изгиба
		2.2.4. Длина мягкой части 3 см
3.	Проводник ангиографический с гидрофильным покрытием	2.3.1. Повышенная жесткость
		2.3.2. Длина 260 см
		2.3.3. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.3.4. Дистальная гибкая часть длиной 3 см
		2.3.5. Кончик согнутый под углом

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.