

**Приложение 1 к заявке на закупку
медицинских изделий**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Проводник ангиографический	штука	50
2.	Проводник ангиографический	штука	50
3.	Проводник ангиографический	штука	20
4.	Проводник ангиографический	штука	20

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

№ п/п	Наименование изделия	Базовые параметры
1.	Проводник ангиографический	2.1.1. Фиксированный сердечник
		2.1.2. Тефлоновое покрытие
		2.1.3. Длина 180 см
		2.1.4. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.1.5. J- образный кончик радиусом 1,5 мм
2.	Проводник ангиографический	2.2.1. Фиксированный сердечник
		2.2.2. Тефлоновое покрытие
		2.2.3. Длина 150 см
		2.2.4. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.2.5. J- образный кончик радиусом 3 мм
3.	Проводник ангиографический	2.3.1. Фиксированный сердечник
		2.3.2. Тефлоновое покрытие
		2.3.3. Длина 150 см
		2.3.4. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.3.5. Без изгиба
4.	Проводник ангиографический	2.4.1. Фиксированный сердечник
		2.4.2. Тефлоновое покрытие
		2.4.3. Длина 260 см
		2.4.4. Калибр 0,035 дюйма (0,889 мм)
		2.4.5. Без изгиба

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному
сроку (годности, стерильности)**

Согласно аукционным документам организатора.