

1071
Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «25» 06 2026г.

ГУ «РКМЦ УЗ ПРБ оор. КХ»
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрокардиограф
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка АТ-101 зав. № 080.29480(0376629)
080.29473(0376630)

год выпуска — завод-изготовитель Schiller

имеет следующие дефекты: 1) не держит заряд АКБ,
не заряжается; не работает кабель ЭКГ

Закключение: 1) 2) требуется замена АКБ (12В, 1,2А.2) -
шт, кабеля ЭКГ (шт)

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)



Представитель учреждения-владельца

м/с - алексей (с) Клеф Карнаев
(должность, подпись, ФИО)

«25» 06 2026г.

« » 20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТОГО В РЕМОНТ:

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1		шт.	
2			
3			
4			
5			

Дата приемки : _____

Принял: Плавский В.А.

(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

Дата выдачи : _____

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

М.П.

Принял _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

М.П.

Выполненные работы: _____
