

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат ультразвуковой терапии

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот №1: Аппарат для ультразвуковой терапии

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>Кол-во</i>
1.1	Аппарат ультразвуковой терапии	шт.	1
1.2	Сменные излучатели	шт.	Не менее 2
1.3	Кабель соединительный	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Режим работы аппарата	Непрерывный, импульсный
2.2	Сетевая индикация наличия тока	наличие
2.3	Время установки рабочего режима, сек	Не более 30
2.4	Диапазон установки таймера, мин	1-30
2.5	Контроль контакта излучателя с телом пациента	наличие
2.6	Защита излучателей от перегрева	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.