

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 11 » 05 2026 г.

ГУ "РКМЦ УЗ ПРБ"; хирургич. отд.
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

Электростимулятор
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка АТ-101 зав. № 080.29485
инв. № 013 76625
год выпуска - завод-изготовитель Schiller

имеет следующие дефекты: неисправен кабель ЭКГ,
физический износ ручных и конечных
электродов

Закключение: требуется замена кабеля ЭКГ (1шт.)
замена ручных и конечных электродов (2 шт.)

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)

Представитель учреждения-владельца

Миссиярия М.В. Валица
(должность, подпись, ФИО)

« 11 » 05 2026 г.

« 11 » 05 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТОГО В РЕМОНТ:

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1		шт.	
2			
3			
4			
5			

Дата приемки : _____

Принял: Плавский В.А.

(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

Дата выдачи : _____

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

М.П.

Принял _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

М.П.

Выполненные работы: _____

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 25 » 06 2026 г.

ГУ "РКМН УО ПРБ"

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрокардиограф

(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка

АТ-1

зав. №

100.54352

инв.

0137.53.19

год выпуска

-

завод-изготовитель

Schiller

имеет следующие дефекты:

износ проводников кабеля
ЭКГ; износ, трещины при снятии ЭКГ;
физический износ оконечных электродов;
не держит заряд АКБ; не заряжается,
останавливается при попытке

Закключение:

требуется замена кабеля ЭКГ (шт.),
оконечных электродов (1 комплект), АКБ
(12 В; 12 А·ч) - 1 шт.

Представитель

«БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)



Представитель учреждения-владельца

Вед. инженер ООО "ПРБ" [подпись]

(должность, подпись, ФИО)

« 25 » 06 2026 г.

« 25 » 06 2026 г.

+

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТОГО В РЕМОНТ:

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1		шт.	
2			
3			
4			
5			

Дата приемки : _____

Принял: Плавский В.А.

(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

Дата выдачи : _____

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

М.П.

Принял _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

М.П.

Выполненные работы: _____

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «25» 06 2026 г.

Гу - РКМ 4 ЧД ПРБ

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрокардиограф

(наименование изделия медицинской техники)

190.47589(01375134)

тип, марка AT-1

зав. № 12

год выпуска -

завод-изготовитель Schiller

имеет следующие дефекты:

износ проводников кабеля
ЖБ; износ клемм при снятии ЖБ;
физический износ оконечных электродов

Заключение: требуется замена кабеля ЖБ (шт.)
и оконечных электродов (1 комплект)

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)



Вед. инженер ООО ПРБ

(должность, подпись, ФИО)

«25» 06 2026 г.

«25» 06 2026 г.

+

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТОГО В РЕМОНТ:

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1		шт.	
2			
3			
4			
5			

Дата приемки : _____

Принял: Плавский В.А.

(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

Дата выдачи : _____

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

М.П.

Принял _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

М.П.

Выполненные работы: _____
