

Медицинские весы электронные
для взвешивания детей и взрослых

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ №1: Медицинские весы электронные для взвешивания детей и взрослых

1. Состав (комплектация на 1 комплект) медицинских изделий

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Медицинские весы электронные для взвешивания детей и взрослых	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг, не более/ наименьший (НПВ)	200/0,40
2.2	Электропитание от сети, В/Гц	220-230/50±5%
2.3	Потребляемая мощность, В-А, не более	15
2.4	Индикатор с цифровым отображением значений	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Медицинские весы электронные
для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет оборудования

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ №2: Медицинские весы электронные для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет

1. Состав (комплектация на 1 комплект) медицинских изделий

№	Наименование	Кол-во, шт.
2	Медицинские весы электронные для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг, не более	25
2.2	Предел допускаемой погрешности г., не более	±15 г
2.3	Электропитание от сети, В/Гц	220-230/50±5%
2.4	Потребляемая мощность, Вт, не более	10
2.5	Время установки показаний при взвешивании, с, не более	5
2.6	Индикатор с цифровым отображением значений	наличие
2.7	Время непрерывной работы весов должно быть, ч, не менее	12

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.