

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Рециркулятор воздуха бактерицидный (100 м³)

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество шт.
1.1	Рециркулятор воздуха бактерицидный	157
1.2	Лампы (30Вт, цоколь G13)	314

2. Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Крепление	на стену, вертикально или горизонтально
2.2	Материал корпуса	металл с полимерным покрытием, устойчивый к дезинфицирующим средствам, применяемым в учреждениях здравоохранения.
2.3	Объем обеззараживания помещения (производительность)	100 м³/час и более при бактерицидной эффективности по <i>staphylococcus aureus</i> 99%
2.4	Включение	кнопкой
2.5	Питание	от сети 220 - 230 В
2.6	Потребляемая мощность	Не более 0,2 кВт
2.7	Иные требования	наличие сетевого шнура с вилкой для подключения, длина провода не менее 2,4 м. (в том числе 10 шт. - подключение через клеммные колодки); возможность использования в присутствии людей.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантий качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Рециркулятор воздуха бактерицидный (80 м³)

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество шт.
1.1	Рециркулятор воздуха бактерицидный	3
1.2	Лампы (30Вт, цоколь G13)	6

2. Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1.	Крепление	на стену, вертикально или горизонтально
2.2.	Материал корпуса	металл с полимерным покрытием, устойчивый к дезинфицирующим средствам, применяемым в учреждениях здравоохранения.
2.3.	Объем обеззараживания помещения (производительность)	80 м³/час и более при бактерицидной эффективности по staphiloccous aureus 99%
2.4.	Включение	кнопкой
2.5.	Питание	от сети 220 В-230 В
2.6.	Потребляемая мощность	Не более 0,2 кВт
2.7.	Иные требования	наличие сетевого шнура с вилкой для подключения, длина провода не менее 2,4 м.; возможность использования в присутствии людей.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантий качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.