

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат для местного лечебного
воздействия электромагнитным
полем ультравысокой частоты

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат для местного лечебного воздействия электромагнитным полем
ультравысокой частоты

1. Состав (комплектация 1 единицы) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы изм.	Количество
1.1	Аппарат УВЧ-терапии	Шт.	1
1.2	Комплект электродов	комплект	1
1.3	Аппликатор вихревых токов	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	параметры
2.1.	Частота колебаний	27,12 МГц+/-0,16 МГц
2.2	Аппарат должен иметь ступени выходной мощности	Не менее 3
2.3	Время установки рабочего режима, мин	Не более 3
2.4	Диапазон установки таймера, мин	1-99
2.5	Мощность, Вт	Не более 160

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.