

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат магнитотерапевтический
низкочастотный портативный

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Блок управления	шт.	1
1.2	Стойка	шт.	1
1.3	Излучатель основной	шт.	Не менее 4
1.4	Излучатель оголовье	шт.	1
1.5	Излучатель гибкий	шт.	Не менее 2
1.6	Излучатель офтальмологический	шт.	1
1.7	Столик-штатив	шт.	1
1.8	Штатив	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Виды поля	«бегущее» и «неподвижное»
2.2	Амплитудное значение индукции на поверхности индукторов, мТл	от 2 до 45
2.3	Частота следования импульсов, Гц	от 1 до 100
2.4	Количество программ воздействия, не менее	40
2.5	Сигнализация об основных неисправностях и автоматическое прекращение работы	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.