

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Катетеры (зонды) желудочные для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Размер / состав	Количество
ЛОТ №1 Катетер желудочный	1.1. Ch-06	150 штук
ЛОТ №2 Катетер желудочный	1.1. Ch-08	910 штук
	1.2. Ch-10	580 штук
	1.3. Ch-12	2 400 штук
	1.4. Ch-14	2 250 штук
	1.5. Ch-16	10 130 штук
	1.6. Ch-18	15 190 штук
	1.7. Ch-20	15 130 штук
	1.8. Ch-22	9 690 штук
	1.9. Ch-24	10 410 штук
	1.10. Ch-25	3 570 штук
	1.11. Ch-26	3 530 штук
	1.12. Ch-28	1 540 штук
	1.13. Ch-30	4 040 штук
	1.14. Ch-32	4 660 штук
	1.15. Ch-35	1 370 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1, ЛОТ №2 Катетер желудочный
2.1. Длина катетера должна быть не менее 1000мм; 2.2. Должен иметь атравматичный закрытый кончик; 2.3. Наличие цветовой кодировки коннектора для быстрого определения размера катетера; 2.4. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.