

Приложение № 1

к заявке на закупку

Набор для нефростомии Pigtail(наименование предмета государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)**Технические характеристики (описание) медицинских изделий****Набор для нефростомии Pigtail**

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1.1.	Набор для нефростомии Pigtail 2 мм (6 Fr)	шт	30
1.2.	Набор для нефростомии Pigtail 3мм (9Fr)	шт	30

2. Технические требования

2.1. Набор для нефростомии Pigtail 2 мм (6 Fr)	
2.1.1	Размер дренажного катетера 2 мм (6 Fr)
2.1.2	Дренажный катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.1.3	Длина катетера должна быть 22-30см
2.1.4.	В набор должны входить все необходимые для установки нефростомы аксессуары
2.2. Набор для нефростомии Pigtail 3мм (9Fr)	
2.2.1	Размер дренажного катетера 3 мм (9 Fr)
2.2.2	Дренажный катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.2.3	Длина катетера должна быть 22-30см
2.2.4.	В набор должны входить все необходимые для установки нефростомы аксессуары

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

ЛОТ 2

~~Приложение № 2~~

к заявке на закупку

Катетер нефростомический Pigtail(наименование предмета государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)**Технические характеристики (описание) медицинских изделий****Катетер нефростомический Pigtail**

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1.1	Катетер нефростомический Pigtail 2 мм (6Fr)	шт	30
1.2	Катетер нефростомический Pigtail 3 мм (9Fr)	шт	30

2. Технические требования

2.1. Катетер нефростомический Pigtail 2 мм (6Fr)	
2.1.1	Размер 2 мм (6 Fr)
2.1.2	Катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.1.3	Длина катетера должна быть 22-30 см
2.2. Катетер нефростомический Pigtail 3 мм (9Fr)	
2.2.1.	Размер 3 мм (9 Fr)
2.2.2.	Катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.2.3.	Длина катетера должна быть 22-30 см

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

~~Приложение № 3--~~

к заявке на закупку

Катетер мочеточниковый(наименование предмета государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)**Технические характеристики (описание) медицинских изделий****Катетер мочеточниковый**

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1.1	Катетер мочеточниковый	шт.	30

2. Технические требования

2.1	Катетер должен быть одноразовый, стерильный.
2.2	Катетер должен быть градуированный, с открытым прямым дистальным концом.
2.3	Катетер должен иметь размер 1,66 мм (5 FR), длину 70 см+/-5см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.