

**Лот № 4****1. Состав (комплектация) медицинского изделия:**

| № Лота | Наименование                  | Единица измерения | Количество |
|--------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 4      | Вставка переходная удлиненная | штука             | 1          |

**2. Технические (потребительские) характеристики:**

|     |                             |                   |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| 2.1 | Диапазон перехода (мм)      | 15/5              |
| 2.2 | Многokrатного использования | Наличие           |
| 2.3 | Автоклавируемый             | Наличие           |
| 2.4 | Материал                    | Нержавеющая сталь |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора

Приложение № 1  
к заявке на закупку

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий  
медицинского назначения

**1. Состав (комплектация) оборудования**

| Номер и наименование лота   | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Лот 5 Держатель электродов. | 10 штук    |

**2. Технические требования:****Лот № 5 Держатель электродов.**

- 2.1.1. Держатель электродов монополярный с двумя кнопками управления.
- 2.1.2. Держатель монополярных электродов 4 мм.
- 2.1.3. Трехштыревой разъем.
- 2.1.4. Длина кабеля не менее 3м.

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**  
**Загубники одноразовые**  
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий <sup>6</sup>:

| №        | Наименование          | Ед. изм. | Количество |
|----------|-----------------------|----------|------------|
| ЛОТ<br>6 | Загубники одноразовые | штука    | 2000       |

2. Технические требования <sup>7</sup>:

1.1. загубники для эндоскопии стандартные

1.1.1. одноразовые

1.1.2. для взрослых

1.1.3. не должен содержать латекс

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

**Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения**

1. Состав (комплектация) оборудования

| № п/п    | Наименование                            | Ед. изм. | Количество |
|----------|-----------------------------------------|----------|------------|
| ЛОТ<br>7 | Кожный степлер со стандартными скобками | шт       | 100        |

2. Технические требования:

- Количество скобок – 35±5 шт. в одном степлере
- высота открытой скобки от 2,8 до 3,30 мм
- длина скобки от 10 до 12 мм
- стерильность упаковки

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.