

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач учреждения
здравоохранения «Брестская городская
детская поликлиника №2»

Н.В.Сопот

2026



1. Заявка на закупку **ширмы медицинской.**

2. Заказчик учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №2» проводит процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии с требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей заявке на закупку медицинских изделий.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №2»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	г. Брест ул. Советской Конституции, 8А
Учетный номер плательщика	291659235
Адрес электронной почты	info@bgdp2.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

4. Область применения: медицинское учреждение.

5. Сведения о государственной закупке:

ЛОТ 1	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Ширма медицинская 1- секционная
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	32.50.50.390
Объем (количество)	10 шт.
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	3500,0 белорусских рублей
Источник финансирования государственной закупки	Городской бюджет
Требования к участникам	В соответствии с требованиями п.2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 «419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (ред. от 17.07.2018)

ЛОТ 2	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Ширма медицинская 2-х секционная
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 2
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	32.50.50.390
Объем (количество)	2 шт.
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	900,0 белорусских рублей
Источник финансирования государственной закупки	Городской бюджет
Требования к участникам	В соответствии с требованиями п.2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 «419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (ред. от 17.07.2018)
ЛОТ 3	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Ширма медицинская 3-х секционная
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 3
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	32.50.50.390
Объем (количество)	3 шт.
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	1800,0 белорусских рублей
Источник финансирования государственной закупки	Городской бюджет
Требования к участникам	В соответствии с требованиями п.2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 «419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (ред. от 17.07.2018)

6. Перечень изготовителей (для медицинской техники - с указанием моделей), продукция которых (по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком) может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке:

Струм ЗАО, г. Молодечно, СЗАО "Белмедматериалы", ЗАО «Белмедпоставка».

7. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности служащих, номера

телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

специалист по закупкам УЗ «Брестская городская детская поликлиника №2» Веренич Иван Михайлович 8 (0162) 251348.

главная медицинская сестра УЗ «Брестская городская детская поликлиника №2» Николайчикова Людмила Анатольевна 8 (0162) 251991.

8. Существенные условия договора государственной закупки:

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки

Приложение 1

ЛОТ 1

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ширма медицинская 1- секционная	штуки	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Ширма должна состоять из одной секции.

2.2. Каркас должен быть изготовлен из круглой трубы.

2.3. Шторка (экран) должна быть изготовлена из полистирола или из пластика ПВХ.

2.5. Габаритные размеры:

длина: 900-1000 мм; ширина: 400-600 мм; высота: 1600-1750 мм.

3. Поверхность ширмы должна быть устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Приложение 2

ЛОТ 2

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ширма медицинская 2-х секционная	штуки	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Ширма должна состоять из двух секций.

2.2. Каркас должен быть изготовлен из круглой трубы.

2.3. Шторка (экран) должна быть изготовлена из полистирола или из пластика ПВХ.

2.4. Наличие защелки для соединения секций между собой.

2.5. Габаритные размеры: длина – 1900 мм - 2200 мм; ширина – 495 мм - 520 мм;
высота – 1650 мм – 1750 мм.

3. Поверхность ширмы должна быть устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Приложение 3

ЛОТ 3

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ширма медицинская 3-х секционная	штуки	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Ширма должна состоять из трех секций.

2.2. Каркас должен быть изготовлен из круглой трубы.

2.3. Шторка (экран) должна быть изготовлена из полистирола или из пластика ПВХ.

2.4. Наличие защелки для соединения секций между собой.

2.5. Габаритные размеры: длина – 2750-3200 мм; ширина – 495 мм - 520 мм;

высота – 1650 мм – 1750 мм.

3. Поверхность ширмы должна быть устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Разработчики технических требований:

Главная медицинская сестра
УЗ «Брестская городская детская
поликлиника №2»


Л.А.Николайчикова

Медицинская сестра участковая (старшая)
педиатрического отделения № 1

О.С.Гайдук

СОГЛАСОВАНО:

Главный внештатный специалист
по организации работы медицинских работников
со средним медицинским образованием
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома

 Т.Т.Федосюк
«___» _____ 2026