

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во
1.1	Щётки цитологические для бронхоскопа	2.1	50 шт.
1.2	Щипцы биопсийные для колоноскопа	2.2	30 шт.
1.3	Щипцы биопсийные для гастроскопа	2.3	30 шт.
1.4	Щипцы биопсийные для бронхоскопа	2.4	5 шт.
1.5	Щипцы гемостатические	2.5	3 шт.
1.6	Ловушка для полипов	2.6	800 шт.
1.7	Аппликатор клипс	2.7	500 шт.
1.8	Прикусной блок	2.8	5500 шт.
1.9	Прикусной блок	2.9	40 шт.
1.10	Щётки для чистки биопсийных каналов диаметром 2,0 мм	2.10	2500 шт.
1.11	Щётки для чистки биопсийных каналов гастроскопов	2.11	5200 шт.
1.12	Щётки для чистки биопсийных каналов колоноскопов	2.12	5000 шт.
1.13	Короткая щётка	2.13	14000 шт.
1.14	Инъекторы эндоскопические для верхних отделов ЖКТ	2.14	100 шт.
1.15	Инъекторы эндоскопические для нижних отделов ЖКТ	2.15	400 шт.
1.16	Петля для полипэктомии овальная.	2.16	10 шт.
1.17	Петля для полипэктомии овальная	2.17	10 шт.
1.18	Петля для полипэктомии овальная	2.18	10 шт.
1.19	Петля для «холодной» полипэктомии	2.19	100 шт.
1.20	Спрей- катетеры для бронхоскопа	2.20	1000 шт.

2. Технические характеристики медицинских изделий

2.1 Щётки цитологические для бронхоскопа

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1.1	тип: щётка цитологическая	Наличие
2.1.2	диаметр не более	1,8 мм
2.1.3	длина не более	1000 мм
2.1.4	одноразовая	Наличие
2.1.5	полная совместимость с видеобронхоскопами производства «Фуджифильм» Япония и «Пентакс» Япония.	Наличие

2.2 Щипцы биопсийные для колоноскопа

№	Наименование	Базовые параметры
2.2.1	тип: с иглой и овальными браншами;	Наличие
2.2.2	диаметр не более	2,4 мм
2.2.3	длина не менее	2300 мм

2.2.4	ширина раскрытия не менее;	7,5 мм
2.2.5	ротируемые;	Наличие
2.2.6	многоразовые *;	Наличие
2.2.7	фенестрированные;	Наличие
2.2.8	полная совместимость с видеоколоноскопами производства «Фуджифильм» Япония и «Пентакс» Япония.	Наличие

2.3 Щипцы биопсийные для гастроскопа

№	Наименование	Базовые параметры
2.3.1	тип: с иглой и овальными браншами;	Наличие
2.3.2	диаметр не более	2,4 мм
2.3.3	длина не менее	1700 мм
2.3.4	ширина раскрытия не менее	7,5 мм
2.3.5	ротируемые;	Наличие
2.3.6	многоразовые *;	Наличие
2.3.7	фенестрированные;	Наличие
2.3.8	полная совместимость с видеогастроскопами производства «Фуджифильм» Япония и «Пентакс» Япония.	Наличие

2.4 Щипцы биопсийные для бронхоскопа

№	Наименование	Базовые параметры
2.3.1	тип: с иглой и овальными браншами;	Наличие
2.3.2	диаметр не более	1,8 мм
2.3.3	длина не менее	1000 мм
2.3.4	ширина раскрытия не менее	5,0 мм
2.3.5	ротируемые;	Наличие
2.3.6	многоразовые *;	Наличие
2.3.7	фенестрированные;	Наличие
2.3.8	полная совместимость с видеобронхоскопами производства «Фуджифильм» Япония и «Пентакс» Япония.	Наличие

2.5 Щипцы гемостатические

№	Наименование	Базовые параметры
2.5.1	тип: вращающиеся	Наличие
2.5.2	диаметр не более	2,4 мм
2.5.3	длина не менее	2300 мм
2.5.4	ширина раскрытия не менее	7,0 мм
2.5.5	одноразовые	Наличие
2.5.6	полная совместимость с видеоэндоскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеоэндоскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.6 Ловушка для полипов

№	Наименование	Базовые параметры
2.6.1	тип: подключаемая к аспирационному каналу эндоскопа	Наличие
2.6.2	соединительные трубки в комплекте	Наличие

2.7 Аппликатор клипс

№	Наименование	Базовые параметры
2.7.1	тип: ротируемый	Наличие
2.7.2	диаметр не более	2,4 мм
2.7.3	длина не менее	2300 мм
2.7.4	ширина раскрытия не менее	90 град.
2.7.5	возможность повторного открытия после закрытия	Наличие
2.7.6	одноразовые	Наличие
2.7.7	полная совместимость с видеоэндоскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеоэндоскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.8 Прикусной блок

№	Наименование	Базовые параметры
2.8.1	тип: для взрослых	Наличие
2.8.2	с резинкой	Наличие
2.8.3	одноразовые	Наличие

2.9 Прикусной блок

№	Наименование	Базовые параметры
2.9.1	тип: для детей, интубации	Наличие
2.9.2	с резинкой	Наличие
2.9.3	одноразовые	Наличие

2.10 Щётки для чистки биопсийных каналов диаметром 2,0 мм

№	Наименование	Базовые параметры
2.10.1	тип: щётка для чистки биопсийных каналов	Наличие
2.10.2	диаметр щётки не более	1,8 мм
2.10.3	длина не менее	1800 мм
2.10.4	одноразовые *	Наличие
2.10.5	полная совместимость с видеобронхоэндоскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеогастроскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.11 Щётки для чистки биопсийных каналов гастроскопов

№	Наименование	Базовые параметры
2.11.1	тип: щётка для чистки биопсийных каналов	Наличие
2.11.2	диаметр щётки не более	2,4 мм
2.11.3	длина не менее	1800 мм
2.11.4	одноразовые *	Наличие
2.11.5	полная совместимость с видеогастроскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеогастроскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.12 Щётки для чистки биопсийных каналов колоноскопов

№	Наименование	Базовые параметры
2.12.1	тип: щётка для чистки биопсийных каналов	Наличие
2.12.2	диаметр щётки не более	2,4 мм
2.12.3	длина не менее	2200 мм
2.12.4	одноразовая *	Наличие
2.12.5	полная совместимость с видеокколоноскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеокколоноскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.13 Короткая щётка

№	Наименование	Базовые параметры
2.13.1	тип: щётка короткая для чистки коннекторных частей	Наличие
2.13.2	диаметр щётки не более	10 мм
2.13.3	длина не менее	35 мм
2.13.4	одноразовая *	Наличие
2.13.5	полная совместимость с видеозндоскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеозндоскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.14 Инъекторы эндоскопические для верхних отделов ЖКТ

№	Наименование	Базовые параметры
2.14.1	тип: инъекторы эндоскопические	Наличие
2.14.2	диаметр не более	2,4 мм
2.14.3	длина не менее	1600 мм
2.14.4	длина иглы	4-6 мм
2.14.5	одноразовая *	Наличие
2.14.5	полная совместимость с видеозндоскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеозндоскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.15 Инъекторы эндоскопические для нижних отделов ЖКТ

№	Наименование	Базовые параметры
2.15.1	тип: инъекторы эндоскопические	Наличие
2.15.2	диаметр не более	2,4 мм
2.15.3	длина не менее	2300 мм
2.15.4	длина иглы	4-6 мм
2.15.5	одноразовая *	Наличие
2.15.6	полная совместимость с видеозндоскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеозндоскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.16 Петля для полипэктомии овальная.

№	Наименование	Базовые параметры
2.16.1	тип: овальная	Наличие
2.16.2	диаметр не более	2,4 мм

2.16.3	длина не менее	2300 мм
2.16.4	ширина раскрытия не менее	30 мм
2.16.5	в комплекте с 1-ой ручкой для подключения	Наличие
2.16.6	многоразовая *	Наличие
2.16.7	ротируемая	Наличие
2.16.8	полная совместимость с видеоколоноскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеоэндоскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.17 Петля для полипэктомии овальная.

№	Наименование	Базовые параметры
2.17.1	тип: овальная	Наличие
2.17.2	диаметр не более	2,4 мм
2.17.3	длина не менее	2300 мм
2.17.4	ширина раскрытия не менее	35 мм
2.17.5	в комплекте с 1-ой ручкой для подключения	Наличие
2.17.6	многоразовая *	Наличие
2.17.7	ротируемая	Наличие
2.17.8	полная совместимость с видеоколоноскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеоэндоскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.18 Петля для полипэктомии овальная.

№	Наименование	Базовые параметры
2.18.1	тип: овальная	Наличие
2.18.2	диаметр не более	2,4 мм
2.18.3	длина не менее	2100 мм
2.18.4	ширина раскрытия не более	20 мм
2.18.5	в комплекте с 1-ой ручкой для подключения	Наличие
2.18.6	многоразовая *	Наличие
2.18.7	ротируемая	Наличие
2.18.8	полная совместимость с видеоколоноскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеоэндоскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.19 Петля для «холодной» полипэктомии

№	Наименование	Базовые параметры
2.19.1	тип: монофиламентная	Наличие
2.19.2	диаметр не более	2,4 мм
2.19.3	длина не менее	2100 мм
2.19.4	ширина раскрытия не более	10 мм
2.19.5	в комплекте с 1-ой ручкой	Наличие
2.19.6	одноразовая *	Наличие
2.19.7	ротируемая	Наличие
2.19.8	полная совместимость с видеоколоноскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеоэндоскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

2.20 Спрей-катетеры для бронхоскопа

№	Наименование	Базовые параметры
2.20.1	тип: стандартный	Наличие
2.19.2	диаметр не более	1.8 мм
2.19.3	длина не менее	1000 мм
2.19.6	одноразовый *	Наличие
2.19.7	полная совместимость с видеобронхоскопами производства «Фуджифильм» Япония и видеозэндоскопами производства «Пентакс» Япония.	Наличие

* «требования технического задания, отмеченные символом (звёздочка) являются принципиально важными, несоответствие по ним приведёт к отклонению конкурсных предложений»

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): Согласно аукционным документам организатора.