

Приложение №1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Основной блок дефибриллятор-монитор	Шт.	1
2	Кабель ЭКГ на 3 отведения	Шт.	1
3	Модуль SpO2	Шт.	1
4	Модуль измерения НИАД	Шт.	1
5	Наружные многоразовые электроды («кутюги») с педиатрическими вставками для дефибрилляции, с возможностью снятия ЭКГ	Пара	1
6	Термобумага	Шт.	1
7	Электроды ЭКГ неонатальные, одноразовые.	Шт.	50
8	Манжеты для измерения АД, неонатальные	Шт.	50
9	Датчики для измерения SpO2, неонатальные, одноразовые	Шт.	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Дефибрилляция в ручном режиме

2.2 Синхронная кардиоверсия

2.3 Мониторинг ЭКГ

2.4 Мониторинг НИАД, с возможностью измерения НИАД у новорожденных

2.5 Мониторинг SpO2, с возможностью измерения SpO2 у новорожденных

2.6 Импульс: бифазный усеченный экспоненциальный с автоматической компенсацией в зависимости от импеданса пациента.

2.7 Выбор энергии разряда: от 1 до 360 Дж, не менее 15 промежуточных значений.

2.8 Время набора энергии заряда: до 360 Дж < 7 секунд, до 200 Дж < 3 секунд (при полностью заряженной батарее).

2.9 Настройка автоматического сброса заряда при невыполнении разряда в течение 0-60 секунд

2.10 Автоматическая самопроверка и самотестирование готовности дефибриллятора к выполнению реанимационного пособия с сохранением отчёта в памяти прибора, звуковая и визуальная сигнализация в случае сбоя

2.11 Индикация качества контакта электродов с пациентом

2.12 Количество просматриваемых кривых в реальном времени – до 4-х кривых одновременно

2.13 Отображение служебных сообщений, подсказок, сообщений тревог, аритмий и оповещений о событиях

2.14 Отображение на дисплее уровня заряда аккумуляторной батареи, текущего времени и даты, времени с момента начала работы

2.15 Звуковые сигналы и тревоги:

- по асистолии
- по фибрилляции желудочков
- по тахикардии,
- по брадикардии.

2.16 Регистрация, анализ и архивация данных пациента, событий, с возможностью управления ими при помощи удобного меню.

2.17 Экспорт данных с помощью USB накопителя

2.18 Наличие термопринтера с возможностью распечатки текущих и архивных событий в автоматическом режиме и по запросу.

- Ширина бумаги не менее 50 мм
- Скорость распечатки 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с

2.19 Источник питания:

- от источника переменного тока 220В;
- от внутренних батарей

2.20 Время работы от аккумуляторной батареи:

- не менее 6-х часов в режиме мониторинга
- не менее 200 разрядов в режиме дефибрилляции (разряды 360 Дж)
- не менее 300 разрядов в режиме дефибрилляции (разряды 200 Дж)

2.21 Индикация:

- индикация разрядки батареи на дисплее со звуковым сигналом

2.22 Прибор должен иметь ручку для переноски.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Гарантийный срок годности - не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Разработчик
технических
требований:

Заведующий ОАиР №1:



А.В.Заруба

Согласовано:

главный внештатный специалист (по
неонатологии) главного управления
по здравоохранению Брестского
облисполкома



С.В.Филатов