

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лапароскопический инструмент для проведения лапароскопических операций

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Биполярный лапароскопический инструмент	шт.	10
2	Вставка биполярная – захватывающие щипцы	шт.	10
3	Вставка биполярная – захватывающие щипцы типа Мэриленд	шт.	10
4	Вставка биполярная – захватывающие щипцы изогнутые	шт.	10
5	Комплект маточного манипулятора MANGESHIKAR	шт.	2
6	Рукоятка полимерная для монополярных инструментов без кремальеры	шт.	5
7	Тубус для монополярных инструментов Ø 10 мм	шт.	5
8	Вставка монополярная – захватывающие щипцы пулевочные Ø10 мм	шт.	5
9	Захватывающие щипцы с кремальерой Ø 10 мм	шт.	4
10	Электрод монополярный I-образный	шт.	15
11	Световодный кабель	шт.	4
12	Адаптер к эндоскопам Storz	шт.	4
13	Адаптер к источнику света Storz	шт.	4
14	Лапароскоп с разрешением Full HD, 30°, Ø 10 мм	шт.	4
15	Оптика с разрешением Full HD, 30 градусов, Ø 4 мм	шт.	6
16	Игла Вереща Ø 2 мм, 120 мм	шт.	2
17	Игла Вереща Ø 2 мм, 80 мм	шт.	2
18	Ножницы МЕТЦЕНБАУМ (инструмент в сборе)	шт.	10
19	Вставка монополярная – ножницы МЕТЦЕНБАУМ	шт.	10
20	Переходник для троакаров с 11 мм на 5,5 мм	шт.	4
21	Щетка для чистки лапароскопических инструментов 10 мм	шт.	10
22	Щетка для чистки лапароскопических инструментов 5 мм	шт.	10
23	Уплотнительные колпачки, с цветовой маркировкой для троакаров Ø 5,5 мм	шт.	100
24	Уплотнительные колпачки, с цветовой маркировкой для троакаров Ø 11 мм	шт.	100
25	Биполярный лапароскопический инструмент	шт.	6
26	Адаптер для биполярного кабеля «Евростандарт»	шт.	6
27	Вставка биполярная – зажим для биполярной коагуляции и перевязки маточных труб	шт.	6
28	Вставка биполярная – зажим захватывающий	шт.	6
29	Кабель подключения биполярных инструментов	шт.	16
30	Кабель подключения монополярных инструментов	шт.	15

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Биполярный лапароскопический инструмент

2.1.1	Биполярный лапароскопический инструмент в сборе: рукоятка и ствол	Наличие
2.1.2	Диаметр, мм	5 мм
2.1.3	Рабочая длина, мм	340 мм
2.1.4	С возможностью поворота на 360°	Наличие
2.1.5	Автоклавирующее	Наличие

2.2. Вставка биполярная – захватывающие щипцы

2.2.1	Для ствола диаметром, мм	5 мм
2.2.2	Фенестрированные губки зазубренные	Наличие
2.2.3	Изолированная до конца рабочей зоны	Наличие
2.2.4	Рабочая длина, мм	340 мм
2.2.5	Керамическая изоляция	Наличие
2.2.6	Режим работы - биполярный	Наличие
2.2.7	Автоклавирующее	Наличие

2.3. Вставка биполярная – захватывающие щипцы типа Мэриленд

2.3.1	Для ствола диаметром, мм	5 мм
2.3.2	Тип Мэриленд изогнутые зазубренные	Наличие
2.3.3	Изолированная до конца рабочей зоны	Наличие
2.3.4	Рабочая длина, мм	340 мм
2.3.5	Керамическая изоляция	Наличие
2.3.6	Режим работы - биполярный	Наличие
2.3.7	Автоклавирующее	Наличие

2.4. Вставка биполярная – захватывающие щипцы изогнутые

2.4.1	Для ствола диаметром, мм	5 мм
2.4.2	Изогнутые зазубренные с окошком	Наличие
2.4.3	Изолированная до конца рабочей зоны	Наличие
2.4.4	Рабочая длина, мм	340 мм
2.4.5	Керамическая изоляция	Наличие
2.4.6	Режим работы - биполярный	Наличие
2.4.7	Автоклавирующее	Наличие

2.5. Комплект маточного манипулятора MANGESHKAR

2.5.1	Состав комплекта: - Манипулятор – 1 шт - Вставка Ø 4x40mm – 1 шт - Вставка Ø 5x50mm – 1 шт - Вставка Ø 6x60mm – 1 шт - Вставка Ø 7x70mm – 1 шт - Вставка Ø 8x80mm – 1 шт - Трубка с изоляционным кольцом 35 mm – 1 шт - Трубка с изоляционным кольцом 40 mm – 1 шт - Трубка с изоляционным кольцом 45 mm – 1 шт	Наличие
-------	--	---------

2.5.2	Автоклавирующее	
-------	-----------------	--

2.6. Рукоятка полимерная для монополярных инструментов без кремальеры

2.6.1	Полимерная без кремальеры	Наличие
2.6.2	Разъем для подключения ЭХВЧ	Наличие
2.6.3	Механизм вращения 360 градусов	Наличие
2.6.4	Автоклавирующее	Наличие

2.7. Тубус для монополярных инструментов Ø 10 мм

2.7.1	Изолированный тефлоном	Наличие
2.7.2	Диаметр, мм	10 мм
2.7.3	Рабочая длина, мм	330 мм
2.7.4	Автоклавирующее	Наличие

2.8. Вставка монополярная - захватывающие щипцы пулевочные Ø10 мм

2.8.1	Тип щипцов - пулевочные	Наличие
2.8.2	Бранши длиной 35 мм	Наличие
2.8.3	Две подвижные бранши	Наличие
2.8.4	Диаметр, мм	10 мм
2.8.5	Рабочая длина, мм	330 мм
2.8.6	Автоклавирующее	Наличие

2.9. Захватывающие щипцы с кремальерой Ø 10 мм

2.9.1	Тип захвата - Tenaculum	Наличие
2.9.2	Кремальера откидная	Наличие
2.9.3	Две подвижные бранши	Наличие
2.9.4	Диаметр, мм	10 мм
2.9.5	Рабочая длина, мм	420 мм
2.9.6	Автоклавирующее	Наличие

2.10. Электрод монополярный L-образный

2.10.1	Диаметр рабочей части	5 мм
2.10.2	Длина рабочей части инструмента	330 мм
2.10.3	Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам	4 мм
2.10.4	Автоклавируемый	Наличие

2.11. Световодный кабель

2.11.1	Диаметр кабеля	4,8 мм
2.11.2	Длина кабеля, мм.	3000 мм
2.11.3	Автоклавирующее	Наличие

2.12. Адаптер к эндоскопам Storz

2.12.1	Совместим с эндоскопами Storz	Наличие
2.12.2	Автоклавирующее	Наличие

2.13. Адаптер к источнику света Storz

2.13.1	Совместим с источником света Storz	Наличие
2.13.2	Автоклавирующее	Наличие

2.14. Лапароскоп с разрешением Full HD, 30°, Ø 10 мм

2.14.1	Рабочая длина	330 мм
--------	---------------	--------

2.14.2	Диаметр	10 мм
2.14.3	Угол зрения	30 градусов
2.14.4	Разрешение	FULL HD
2.14.5	Автоклавирувание	Наличие

2.15. Оптика с разрешением Full HD. 30 градусов, Ø 4 мм

2.15.1	Рабочая длина	302 мм
2.15.2	Диаметр	4 мм
2.15.3	Угол зрения	30 градусов
2.15.4	Разрешение	FULL HD
2.15.5	Сапфировая линза на дистальном конце	Наличие
2.15.6	Автоклавирувание	Наличие

2.16. Игла Вереща Ø 2 мм, 120 мм

2.16.1	Рабочая длина	120 мм
2.16.2	Диаметр	2 мм
2.16.3	Нержавеющая сталь	Наличие
2.16.4	Кран для газоподачи	Наличие
2.16.5	Автоклавирувание	Наличие

2.17. Игла Вереща Ø 2 мм, 80 мм

2.17.1	Рабочая длина	80 мм
2.17.2	Диаметр	2 мм
2.17.3	Нержавеющая сталь	Наличие
2.17.4	Кран для газоподачи	Наличие
2.17.5	Автоклавирувание	Наличие

2.18. Ножницы МЕТЦЕНБАУМ (инструмент в сборе)

2.18.1	Инструмент в сборе состоит из полимерной рукоятки без кремальеры, тубуса и вставки	Наличие
2.18.2	Изогнутые	Наличие
2.18.3	Длина лезвий	18 мм
2.18.4	Две подвижные бранши	Наличие
2.18.5	Вращение 360 градусов	Наличие
2.18.6	Диаметр, мм	5 мм
2.18.7	Рабочая длина, мм	330 мм
2.18.8	Разъем для подключения ЭХВЧ	Наличие
2.18.9	Автоклавирувание	Наличие

2.19. Вставка монополярная – ножницы МЕТЦЕНБАУМ

2.19.1	Изогнутые	Наличие
2.19.2	Длина лезвий	15 мм
2.19.3	Две подвижные бранши	Наличие
2.19.4	Совместимость с тубусами и рукоятками инструментов в сборе	Наличие
2.19.5	Диаметр, мм	5 мм
2.19.6	Рабочая длина, мм	330 мм
2.19.7	Автоклавирувание	Наличие

2.20. Переходник для троакаров с 11 мм на 5,5 мм

2.20.1	Переход с 11 мм на 5,5 мм	Наличие
2.20.2	Металлический, с силиконовой лентой	Наличие

2.20.3	Автоклавирувание	Наличие
--------	------------------	---------

2.21. Щетка для чистки лапароскопических инструментов 10 мм

2.21.1	Для инструмента диаметром не более 10 мм	Наличие
2.21.2	Длина	370 мм
2.21.3	Многократное применение	Наличие

2.22. Щетка для чистки лапароскопических инструментов 5 мм

2.22.1	Для инструмента диаметром не более 5 мм	Наличие
2.22.2	Длина	370 мм
2.22.3	Многократное применение	Наличие

2.23. Уплотнительные колпачки, с цветовой маркировкой для троакаров Ø 5,5 мм

2.23.1	Для инструмента диаметром не более 5 мм	Наличие
2.23.2	Цветовая маркировка	Белая
2.23.3	Многократное применение	Наличие

2.24. Уплотнительные колпачки, с цветовой маркировкой для троакаров Ø 11 мм

2.24.1	Для троакаров диаметром 11 мм	Наличие
2.24.2	Цветовая маркировка	Синяя
2.24.3	Многократное применение	Наличие

2.25. Биполярный лапароскопический инструмент

2.25.1	Биполярный лапароскопический инструмент в сборе: рукоятка, внутренний ствол, внешний ствол	Наличие
2.25.2	Рабочая длина, мм	340 мм
2.25.3	С возможностью поворота на 360°	Наличие
2.25.4	Автоклавирувание	Наличие

2.26. Адаптер для биполярного кабеля «Евростандарт»

2.26.1	Для биполярного лапароскопического инструмента	Наличие
2.26.2	Плоская вилка	Наличие
2.26.3	Автоклавирувание	Наличие

2.27. Вставка биполярная – зажим для биполярной коагуляции и перевязки маточных труб

2.27.1	Рабочая длина, мм	340 мм
2.27.2	Рабочая часть - рамка	Наличие
2.27.3	Автоклавирувание	Наличие

2.28. Вставка биполярная – зажим захватывающий

2.27.1	Рабочая длина, мм	340 мм
2.27.2	Рабочая часть – пластины шириной 3 мм	Наличие
2.27.3	Автоклавирувание	Наличие

2.29. Кабель подключения биполярных инструментов

2.29.1	Подключение к пинцетам «Евростандарт»	Наличие
2.29.2	Подключение к аппарату – вилка с двумя штекерами 4 мм	Наличие
2.29.3	Длина кабеля	3 м
2.29.4	Автоклавирувание	Наличие

2.30. Кабель подключения монополярных инструментов

2.29.1	Подключение к лапароскопическим инструментам 4 мм	Наличие
2.29.2	Подключение к аппарату штекер 4 мм	Наличие
2.29.3	Длина кабеля	3 м
2.29.4	Автоклавирование	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): согласно аукционным документам организатора.