

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Машина дезинфекционно-моечная, для мойки и дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1.1	Машина дезинфекционно-моечная, для мойки и дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий	шт.	1
1.2	Загрузочная тележка для хирургического инструмента 3-х уровневая	шт.	1
1.3	Сетчатый лоток (корзина) для хирургического инструмента	шт.	6
1.5	Моющее вещество	л	40
1.6	Нейтрализующее вещество	л	40

2. Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1.	Исполнение	Напольная, непроходная
2.2.	Объем камеры	Не менее 150 дм ³
2.3.	Материал корпуса и камеры	Нержавеющая сталь
2.4.	Русифицированный дисплей с отображением информации о ходе цикла обработки, сенсорная панель управления	Наличие
2.5.	Возможность распечатки информации (отчетов) о циклах (встроенный принтер)	Наличие
2.6.	Автоматическое дозирование моющего (нейтрализующего) средства	Наличие
2.7.	Автоматически открывающаяся вниз дверь, со встроенным окном	Наличие
2.8.	Внутренний отсек для размещения моющих и нейтрализующих веществ	Наличие
2.9.	Система дозирования моющих средств	Наличие
2.10.	Габаритные размеры (ШхГхВ), не более	910х685х890 мм
2.11.	Питание	Не более 6 кВт, 380В
2.12.	Подключение	Горячая, холодная и деминерализованная вода, канализация

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживания товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Машина моечно-дезинфекционная для эндоскопов

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Базовые параметры	Кол-во
1.1	Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов	2.1	1 шт.
1.2	Комплект расходного материала для обработки эндоскопов в моечной машине. (В состав комплекта включаются дезинфицирующие, моющие растворы, фильтры дезинфектанта, тесты для определения минимально эффективной концентрации раствора и др. расходные материалы из расчета на 6 месяцев работы при 6-ти циклах ежедневно с учетом требований совместимости производителя моечно-дезинфекционной машины (в т.ч. для соблюдения требований гарантийного обслуживания машины)	2.2	1 комп.
1.3	Комплект расходных материалов для системы предварительной подготовки воды. (В состав комплекта системы предварительной подготовки воды включаются расходные материалы из расчета на 6 месяцев работы при 6-ти циклах в день.)	2.3	1 комп.

2. Технические характеристики оборудования

2.1 Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1.1	Автоматическая очистка и дезинфекция высокого уровня гибких фибро/видео эндоскопов всех типов (гастро/колоно/бронхо) различных производителей, в том числе Olympus, Pentax, Fujifilm, Sonoscape	Наличие	
2.1.2	Полностью автоматизированная обработка эндоскопов	Наличие	*
2.1.3	Количество обрабатываемых гибких эндоскопов одновременно, не менее 2	Наличие	*
2.1.4	Встроенная система рециркуляции дезинфектанта	Наличие	*
2.1.5	Программирование временных параметров циклов обработки	Наличие	
2.1.6	Функция тестирования на герметичность на протяжении всего цикла обработки	Наличие	*
2.1.7	Функция орошения каналов эндоскопа спиртом с последующей сушкой	Наличие	
2.1.8	Возможность работы при температуре водопроводной воды, моющих и дезинфицирующих средств, не требующих дополнительного подогрева	Наличие	*
2.1.9	Технология принудительной очистки эндоскопов	Наличие	
2.1.10	Программа автоматической самоочистки, включающая дезинфекцию внутренних его каналов, для исключения риска перекрестной контаминации	Наличие	*
2.1.11	Набор коннекторов и переходников для подключения и обработки гибких эндоскопов различных производителей, в том числе Olympus, Pentax, Fujifilm,	Наличие	

	Sonoscape		
2.1.12	Возможность использования различных моющих и дезинфицирующих препаратов, разрешенных к применению в РФ и рекомендованных производителем мочечно-дезинфекционной машины для обработки эндоскопов	Наличие	*
2.1.13	Возможность автоматического приготовления моющего и дезинфицирующего средства необходимой концентрации из концентрата	Наличие	*
2.1.14	Система предварительной подготовки воды	Наличие	*
2.1.15	Система обеззараживания входящей воды	Наличие	
2.1.16	Двухступенчатая система фильтрации воды с внешним фильтром воды с порами не более 1 мкм для удаления механических примесей из проточной воды и встроенным фильтром тонкой очистки с порами не более 0.2 мкм для снижения уровня пирогенности проточной воды, с индикацией степени засорения системы фильтрации и клапаном для сброса давления воды в системе фильтрации при замене фильтра.	Наличие	
2.1.17	Напряжение питания для инсталляции – 220 Вольт	Наличие	
2.1.18	Крышка камеры для укладки эндоскопов, обеспечивающая закрытый контур для исключения риска испарения дезсредства в воздушную среду мочечной комнаты, при открывании цикл обработки останавливается	Наличие	
2.1.19	Функция открытия крышки камеры для укладки эндоскопов по окончании цикла обработки без контакта с руками оператора (ножная педаль)	Наличие	
2.1.20	Наличие компрессора и воздушного пистолета для досушки каналов эндоскопа после завершения цикла обработки в комплекте	Наличие	
2.1.21	Резервуар для раствора дезинфицирующего средства, подаваемого в рабочую камеру	Наличие	
2.1.21	Резервуар для спирта	Наличие	
2.1.22	Встроенный принтер для распечатки и документирования цикла обработки эндоскопов	Наличие	

* Данные требования технического задания имеют особо важное значение и при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Гарантийный срок оборудования 24 месяца.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Машина для мойки и дезинфекции подкладных суден напольная

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1	Машина для мойки и дезинфекции подкладных суден	1
1.2	Моющее вещество	40л
1.3	Вещество для декальцинации	40л

2. Технические характеристики:

№ п/п	Требования	Базовые параметры
2.1.	Машина для мойки и дезинфекции подкладных суден	
2.1.1	Корпус машины	Нержавеющая сталь с крышкой и откидной вперед дверь.
2.1.2	Камера машины	Нержавеющая сталь
2.1.3	Входное напряжение	Не более 3,6 кВт; 380В;
2.1.4	Габаритные размеры	Не более 600х450х1650мм
2.1.5	Объем камеры	Не менее 80 литров
2.1.6	Способ нагрева	Электрический
2.1.7	Дезинфекция	Паром
2.1.8	Контроль параметров	Электронный
2.1.9	Контроль уровня воды	Автоматический

2.2. Рабочая камера, циркуляционная система, внешняя обшивка изготовлена из нержавеющей стали.

2.3. Возможность загрузки суден и мочеприемников любой конфигурации.

2.4. Блокировка двери во время мойки.

2.5. Возможность подключения к водопроводной воде (холодной, горячей), канализации и обессоленной воде.

2.6. Длительность цикла от 3 до 7 мин.

2.7. Наличие дисплея с отображением цикла обработки суден.

2.8. Наличие сенсоров вращения разбрызгивающих коромысел с целью защиты от неправильной загрузки камеры.

2.9. Наличие фильтров в системе подачи и рециркуляции воды.

2.10. Наличие дозирующих приспособлений для моющего и нейтрализующего раствора.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантий качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Машина для предстерилизационной очистки, мойки, дезинфекции и сушки ортопедического и травматологического инструментария, включая полого и артроскопических систем

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1.1	Машина для предстерилизационной очистки, мойки, дезинфекции и сушки ортопедического и травматологического инструментария, включая полого и артроскопических систем	шт.	1
1.2	Загрузочная тележка для хирургического инструмента 3-х уровневая	шт.	1
1.3	Сетчатый лоток (корзина) для хирургического инструмента	шт.	6
1.4	Транспортная тележка	шт.	2
1.5	Моющее вещество	л	40
1.6	Нейтрализующее вещество	л	40

2. Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Машина для предстерилизационной очистки, мойки, дезинфекции и сушки ортопедического и травматологического инструментария, включая полого и артроскопических систем	
2.1.1	Исполнение	Напольная, непроходная
2.1.2	Объем камеры	Не менее 220 литров
2.1.3	Материал корпуса и камеры	Нержавеющая сталь
2.1.4	Управление	Микропроцессорное (панель управления)
2.1.5	Русифицированный дисплей с отображением информации о ходе цикла обработки, сенсорная панель управления	Наличие
2.1.6	Возможность распечатки информации (отчетов) о циклах (встроенный принтер)	Наличие
2.1.7	Автоматическое дозирование моющего (нейтрализующего) средства	Наличие
2.1.8	Автоматически открывающаяся вниз дверь, со встроенным окном	Наличие
2.1.9	Встроенная система сушки с HEPA-фильтром	Наличие
2.1.10	Внутренний отсек для размещения моющих и нейтрализующих веществ	Наличие
2.1.11	Система дозирования моющих средств	Наличие
2.1.12	Производительность водоумягчителя	Не менее 100 л/час
2.1.13	Габаритные размеры (ДхГхШ), не более	670х760х1850 мм
2.1.14	Питание	Не более 9 кВт, 380В

2.1.15	Возможность работы машины с моющими средствами отечественных производителей	Наличие
2.1.16	Подключение	Горячая, холодная и деминерализованная вода, канализация, вытяжная вентиляция

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантий качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.