

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

Расходного материала для закрытой системы мониторинга газового и электролитного состава крови CDI 500 (Terumo) в контуре экстракорпорального кровообращения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Одноразовые кюветы в магистраль ½ дюйма для определения гематокрита/сатурации (Ht/Sat) в контуре экстракорпорального кровообращения для закрытой системы мониторинга газового и электролитного состава крови CDI500 (Terumo) ½ x ½.	шт.	740
1.2	Одноразовые кюветы в магистраль 3/8 дюйма для определения гематокрита/сатурации (Ht/Sat) в контуре экстракорпорального кровообращения для закрытой системы мониторинга газового и электролитного состава крови CDI500 (Terumo) 3/8x3/8.	шт.	20
1.3.	Шунтовые сенсоры с гепариновым покрытием для определения параметров КИЦС и электролитов (pH, pO ₂ , pCO ₂ , BE, HCO ₃ , K) в венозной и артериальной крови	шт.	980

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Технические характеристики	Примечания
2.1	Совместимость с системой мониторинга газового и электролитного состава крови CDI 500 (Terumo)	наличие
2.2	Одноразовые кюветы в магистраль ½ дюйма для определения гематокрита/сатурации (Ht/Sat) в стерильной упаковке	наличие
2.3	Шунтовые сенсоры в стерильной упаковке	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.