

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

ЛОТ №1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Хирургический обкладочный материал (салфетка с высокой степенью впитывания)	Шт.	1000

2. Технические требования:

- Покрытие должно быть размером 90 ± 5 см на 60 ± 10 см
- Покрытие должно иметь адгезивную полосу по одной из больших сторон для фиксации к обкладочному материалу, прочно фиксироваться адгезивным слоем на любых типах обкладочного материала.
- Покрытие должно впитывать жидкость на 600% больше своего объема
- Покрытие должно быть изготовлено из синтетического нетканого материала.
- Структура ткани должна быть многослойная, не менее трех слоев: наружный – абсорбирующий; средний слой – обеспечивающий бактериальный барьер и контролирующий паро- и влагопроникновение; внутренний – влагонепроницаемый слой.
- Поверхность материала изделия не должна образовывать ворс или скатываться.
- Время впитывания жидкости материалом не должно превышать 3 секунд.
- Материал должен обладать высокой прочностью на разрыв.
- Стерильность

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

ЛОТ-2

Покрывтия хирургические одноразовые

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Хирургический обкладочный материал (базовый комплект) в составе: 1.Клейкая лента– 1 шт. 2.Покрывтие – 2 шт. 3.Покрывтие – 1 шт. 4.Покрывтие – 1 шт. 5.Покрывтие для инструментального столика -1 шт. 6.Покрывтие для столика Мэйо – 1 шт	Шт.	1500

2.Технические требования:

- 2.1.1.Клейкая лента размером 8-11*5-6см для фиксации аксессуаров (трубок, отсосов, шнуров коагуляторов, катетеров, дополнительные пеленок и др.) к обкладочному материалу
- 2.1.2. Покрывтие размером не менее 100*75 см с адгезивной полоской по одной из больших сторон
- 2.1.3.Покрывтие размером не менее 200*150 см с адгезивной полоской по одной из сторон
- 2.1.4.Покрывтие размером не менее 200*150 см с адгезивной полоской по одной из больших сторон
- 2.1.5.Покрывтие для инструментального столика размера не менее 200*150 см
- 2.1.6.Покрывтие из водоотталкивающего материала для столика Мэйо размером не менее 80*145 см.
- 2.1.7. Покрывтия должно быть изготовлено из синтетического нетканого материала.
- 2.1.8 бактериальный барьер и контролирующий паро- и влагопроникновение; внутренний- влагонепроницаемый слой.
- 2.1.9. Поверхность материала изделия не должна образовывать ворс или скатываться.
- 2.1.10. Время впитывания жидкости материалом не должно превышать 3 секунд.
- 2.1.11. Материал должен обладать высокой прочностью на разрыв.
- 2.1.12 Индивидуальная стерильная упаковка

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
2	Комплект хирургический для операций на шее, голове в составе: 1. Покрытие – 1 шт. 2. Покрытие для головы – 1 шт. 3. Покрытие для инструментального стола – 1 шт. 4. Покрытие – 1 шт. 5. Клейкая лента – 1-2 шт. 6. Покрытие – 1 шт.	Шт.	800

2. Технические требования:

- 2.2.1. Покрытие размером не менее 150-160см*250-260см с U-образным вырезом, адгезивной полоской по краю U-образного выреза
- 2.2.2. Покрытие для головы не менее 100-115см*75-90см
- 2.2.3. Покрытие для инструментального стола размером не менее 200-210см*150-160 см
- 2.2.4. Покрытие из водоотталкивающего материала для столика Мэйо, размером не менее 80-85см*140-150см., имеющим впитывающую салфетку из нетканого материала размером не менее 75см*60см
- 2.2.5. Клейкая лента размером 8-10 см*50-60 см для фиксации аксессуаров (трубок, отсосов, шнуров коагуляторов, катетеров, дополнительные пеленки и др.) к обкладочному материалу
- 2.2.6. Покрытие не менее 75*90см
- 2.2.7. Покрытия должно быть изготовлено из синтетического нетканого материала.
- 2.2.8. бактериальный барьер и контролирующий паро- и влагопроницаемость; внутренний- влагонепроницаемый слой.
- 2.2.9. Поверхность материала изделия не должна образовывать ворс или скатываться.
- 2.2.10. Время впитывания жидкости материалом не должно превышать 3 секунд.
- 2.2.11. Материал должен обладать высокой прочностью на разрыв.
- 2.2.12. Индивидуальная стерильная упаковка

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
3	Комплект хирургический лапароскопический в составе: 1. Покрытие -1 шт. 2. Полоски –фиксаторы – 4 шт.	1000	Шт.

2. Технические требования:

- 2.3.1.1. Покрытие размером 240-250 см * 220-230 см одним полотном с вырезом размером 27-30 см * 27-30 см, по периметру выреза должна быть адгезивная полоска для фиксации материала к коже пациента.
- 2.3.1.2 Покрытие должно иметь апертуру размером 11-13 см * 15-17 см, имеющий адгезивный край вокруг апертуры для фиксации к коже пациента.
- 2.3.2 Вокруг выреза должны быть полоски-фиксаторы для крепления трубок и др. приспособлений
- 2.3.3. Покрытия должно быть изготовлено из синтетического нетканого материала.
- 2.3.4 бактериальный барьер и контролирующий паро- и влагопроникновение; внутренний- влагонепроницаемый слой.
- 2.3.5 Поверхность материала изделия не должна образовывать ворс или скатываться.
- 2.3.6 Время впитывания жидкости материалом не должно превышать 3 секунд.
- 2.3.7 Материал должен обладать высокой прочностью на разрыв.
- 2.3.8 Индивидуальная стерильная упаковка

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
4	Хирургический обкладочный материал (покрытие гинекологическое)	300	Шт.

2. Технические требования:

- 2.4.1. Покрытие размером не менее 190-200 см * 170-180 см одним полотном
- 2.4.2. Покрытие должно иметь апертуру размером 11-13 см * 8-10 см. имеющий адгезивный край вокруг апертуры для фиксации материала к коже пациента.
- 2.4.3. Покрытия должно быть изготовлено из синтетического нетканого материала.
- 2.4.4 Бактериальный барьер и контролирующий паро- и влагопроникновение; внутренний- влагонепроницаемый слой.
- 2.4.5 Поверхность материала изделия не должна образовывать ворс или скатываться.
- 2.4.6 Время впитывания жидкости материалом не должно превышать 3 секунд.
- 2.4.7 Материал должен обладать высокой прочностью на разрыв.
- 2.4.8 Индивидуальная стерильная упаковка

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

~~ЛОТ №3~~

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Покрывтия хирургические одноразовые

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Покрывтия хирургические одноразовые (простыня-наглазник) в составе: 1. Покрывтия хирургические одноразовые 2. Пакет для сбора жидкости	шт	3000

2. Технические требования:

2.1.1 Покрывтие должно быть размером 150-160см*170-180см одним полотном

2.1.2. Покрывтие должно иметь адгезивную разрезаемую пленку размером 12-14 см*8-10 см;

2.1.3. Внутри пленки должна быть апертура размером 6*3см±10%;

2.1.4 Покрывтие должно быть изготовлено из синтетического нетканого материала;

2.1.5. Структура ткани должна быть многослойная, не менее трех слоев: наружный- абсорбирующий; средний слой - обеспечивающий бактериальный барьер и контролирующий паро- и влагопроникновение; внутренний- влагонепроницаемый слой.

2.1.6. Поверхность материала изделия не должна образовывать ворс или скатываться.

2.1.7. Время впитывания жидкости материалом не должно превышать 3 секунд.

2.1.8 Материал должен обладать высокой прочностью на разрыв.

2.1.9 Индивидуальная стерильная упаковка

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот № 4

Гемостатический рассасывающийся материал

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Гемостатический рассасывающийся материал с бактерицидным эффектом	Шт.	50
2	Гемостатический рассасывающийся материал с бактерицидным эффектом	Шт.	50

2. Технические требования:

2.1.1 Срок абсорбции 1-2 недели

2.1.2 Стерильность

2.1.3 Ткань из окисленной регенерированной целлюлозы

2.1.4 Размер 7,5см(±1см)*10см(±1см)

2.2.1 Срок абсорбции 1-2 недели.

2.2.2 Стерильность

2.2.3 Ткань из окисленной регенерированной целлюлозы

2.2.4 Размер 7,5см(±1см)*5 см(±1см)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.