

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Стерилизатор паровой проходной, класса В для стерилизации в условиях операционного блока ортопедического и травматологического инструментария, включая полово, оптических систем и имплантов, размещенных в контейнерах и специальных упаковочных материалах

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Штук
1.1	Стерилизатор паровой класса В по стандарту EN 13060 (DIN 58946) для стерилизации ортопедического и травматологического инструментария, включая полово, оптических систем и имплантов, размещенных в контейнерах и специальных упаковочных материалах	1
1.2	Загрузочная тележка для размещения контейнеров внутри камеры	1
1.3	Транспортная тележка	2
1.7	Бумага для принтера	100

2. Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Стерилизатор паровой проходной, класса В по стандарту EN 13060 (DIN 58946) для стерилизации ортопедического и травматологического инструментария, включая полово, оптических систем и имплантов, размещенных в контейнерах и специальных упаковочных материалах	
2.1.1	Параметр эффективности / Производительность	Не менее 12 STE, подтвержденных протоколами стандарта EN 285 (EN 13060)
2.1.2	Материал панелей и камеры	Нержавеющая сталь
2.1.3	Исполнение	Проходной, автоматические слайдерные двери
2.1.4	Габаритные размеры (ГхШхВ)	Не более 1650х1330х2030 мм
2.1.5	Объем камеры	Не менее 650 литров
2.1.6	Программы стерилизации	Стандарт 134 градуса 2.2 бара Деликатный режим 121 градус 1.1 бар
2.1.7	Тестирование	Вакуум-тест и Bowie-Dick тест
2.1.8	Управление	Микропроцессорное с сенсорным экраном
2.1.9	Документирование	Встроенный принтер для распечатки параметров каждого цикла
2.1.10	Интерфейс подключения	Возможность подключения к ПК и локальной сети
2.1.11	Подключение	Не более 45 кВт, 380 В, 50/60 Гц

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантий качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.