



Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь

УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
“СЛУЦКАЯ ЦЭНТРАЛЬНАЯ
РАЁННАЯ БАЛЬНІЦА”

вул.Чайкоўскага, 21, 223609 г. Слуцк
Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь
тэл.: галоўны ўрач 7-15-01,
тэл/факс (8-01795) 7-15-17, 7-15-35
E-mail: info@slerb.by
гал. бухгалтар 7-15-12, юрыст 7-15-34
Р/рах ВУ19 АКВВ 36040433415186600000
ЦБП № 615 ОАО “АСБ Беларусбанк”
г. Слуцк, вул. Леніна, 211А, АКВВ ВУ2Х
УНП 600043962

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
“СЛУЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА”

ул.Чайковского, 21, 223609 г. Слуцк
Минская область, Республика Беларусь
тел.: главный врач 7-15-01,
тэл/факс (8-01795) 7-15-17, 7-15-35
E-mail: info@slerb.by
гл. бухгалтер 7-15-12, юрист 7-15-34
Р/с ВУ19 АКВВ 36040433415186600000
ЦБУ № 615 ОАО “АСБ Беларусбанк”
г. Слуцк, ул. Ленина, 211А, АКВВ ВУ2Х
УНП 600043962

11.09.2016

№ 1-26/5451

На № _____ от _____

Руководителю организации
(по списку)

Для целей определения предельной стоимости предмета госзакупки УЗ «Слуцкая ЦРБ» проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении товаров (работ, услуг) согласно Приложению 1.

Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанных товаров (работ, услуг) в соответствии с приведенным описанием согласно Приложению 1, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 15.09.2026 г. на электронную почту irinalagun@yandex.by

Информация должна содержать: наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; **порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании.**

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Условия оказания услуг и оплаты:

Место поставки товара (оказания услуг)	г. Слуцк, ул. Чайковского, 21
Порядок поставки товара (работ, услуг)	Работы выполняются по месту нахождения Заказчика и его подразделений, в отдельных случаях - допускается в условиях Исполнителя
Предполагаемые сроки поставки	октябрь декабрь 2026 года
Источник финансирования	Районный бюджет
Порядок оплаты	По факту поставки в течение 30 банковских дней

Тел/факс +375179571541

Контактное лицо: Кацуро П.А. +375179571608

Главный врач

А.П. Сокол

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Задание на закупку: Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования

Лот №1 Услуги по техническому обслуживанию аппаратов ИВЛ Inspiration
Код по ОК РБ 007-2012: 33.14.19.200

№ п/п	Наименование МТ	Кол-во, шт.	Тип марка	Заводской номер	Год выпуска	Примечание	Периодичность
1.	Аппарат ИВЛ	1	Inspiration	2005WO30274	2005	ОАиР	4 квартал
2.	Аппарат ИВЛ	1	Inspiration 7i	20177i40539	2017	ОАиР	4 квартал
3.	Аппарат ИВЛ	1	Inspiration	2006W020010	2006	ОАиР	4 квартал
4.	Аппарат ИВЛ	1	Inspiration	0294/2001	2006	ОАиР	4 квартал
Итого:		4					

Условия выполнения работ (услуг)

- Своевременно поставлять на объект Заказчика материалы, комплектующие, запасные части для выполнения работ (услуг) по ТО медицинской техники.
- Сервисная служба в случае возникновения неисправности медицинской техники направляет своего представителя в срок не позднее 2 рабочих дней с момента письменного извещения заказчика.
- Работы (услуги) выполняются по месту нахождения организации здравоохранения, их подразделений (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт сложной медицинской техники в условиях Исполнителя).

При этом должно обеспечиваться:

- своевременная поставка на объекты Заказчика материалов, комплектующих, запасных частей для выполнения работ по ТО медицинской техники;
 - своевременное устранение аварийных ситуаций в соответствии с требованиями инструкции об организации ТО и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78;
 - специалистам, выполнившим работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники Заказчика.
4. Копия заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданного РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» или наличие копии подтверждающего документа от производителя о возможности проведения технического обслуживания и ремонта данного оборудования.

Лот №2Услуга по техническому обслуживанию микроскопа операционного
Код по ОК РБ 007-2012: 33.14.19.200

№ п/п	Наименование МТ	Кол-во, шт.	Тип марка	Заводской номер	Год выпуска	Примечание	Периодичность
1.	Микроскоп операционный	1	OMS-90	AM 5000088	2024	Оперблок	4 квартал
Итого:		1					

Условия выполнения работ (услуг)

1. Своевременно поставлять на объект Заказчика материалы, комплектующие, запасные части для выполнения работ (услуг) по ТО медицинской техники.
2. Сервисная служба в случае возникновения неисправности медицинской техники направляет своего представителя в срок не позднее 2 рабочих дней с момента письменного извещения заказчика.
3. Работы (услуги) выполняются по месту нахождения организации здравоохранения, их подразделений (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт сложной медицинской техники в условиях Исполнителя).
4. Копия заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданного РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» или наличие копии подтверждающего документа от производителя о возможности проведения технического обслуживания и ремонта данного оборудования.

Лот №3 Услуги по техническому обслуживанию паровых стерилизаторов производства Tuttnauer Ltd

Код по ОК РБ 007-2012: 33.14.19.200

№ п/п	Наименование МТ	Кол-во, шт.	Тип марка	Заводской номер	Год выпуска	Примечание	Периодичность
1.	Стерилизатор паровой	1	50125GS	23100304	2025	ЦСО	4 квартал
2.	Стерилизатор паровой	1	50125GS	23100310	2025	ЦСО	4 квартал
Итого:		2					

Условия выполнения работ (услуг)

1. Своевременно поставлять на объект Заказчика материалы, комплектующие, запасные части для выполнения работ (услуг) по ТО медицинской техники.
2. Сервисная служба в случае возникновения неисправности медицинской техники направляет своего представителя в срок не позднее 2 рабочих дней с момента письменного извещения заказчика.
3. Работы (услуги) выполняются по месту нахождения организации здравоохранения, их подразделений (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт сложной медицинской техники в условиях Исполнителя).

При этом должно обеспечиваться:

- своевременная поставка на объекты Заказчика материалов, комплектующих, запасных частей для выполнения работ по ТО медицинской техники;
 - своевременное устранение аварийных ситуаций в соответствии с требованиями инструкции об организации ТО и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78;
 - специалистам, выполнившим работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники Заказчика.
4. В стоимость по техническому обслуживанию стерилизаторов включить 2 внеплановых выезда в случае необходимости.
 5. Копия заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданного РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» или наличие копии подтверждающего документа от производителя о возможности проведения технического обслуживания и ремонта данного оборудования.

Лот №4 Услуги по техническому обслуживанию паровых стерилизаторов производства АО «ТЗМОИ»

Код по ОК РБ 007-2012: 33.14.19.200

№ п/п	Наименование МТ	Кол-во, шт.	Тип марка	Заводской номер	Год выпуска	Примечание	Периодичность
1.	Стерилизатор паровой	1	ГПД-560-2	10080817	2017	ЦСО	4 квартал
2.	Стерилизатор паровой	1	ГПД-400-2	10361122	2023	ЦСО	4 квартал
	Итого:	2					

Условия выполнения работ (услуг)

1. Своевременно поставлять на объект Заказчика материалы, комплектующие, запасные части для выполнения работ (услуг) по ТО медицинской техники.
2. Расходные материалы и запасные части должны быть 100% совместимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).
3. Сервисная служба в случае возникновения неисправности медицинской техники направляет своего представителя в срок не позднее 2 рабочих дней с момента письменного извещения заказчика.
4. В стоимость по техническому обслуживанию стерилизаторов включить 2 внеплановых выезда в случае необходимости.
5. Работы (услуги) выполняются по месту нахождения организации здравоохранения, их подразделений (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт сложной медицинской техники в условиях Исполнителя).

При этом должно обеспечиваться:

- своевременная поставка на объекты Заказчика материалов, комплектующих, запасных частей для выполнения работ по ТО медицинской техники;
 - своевременное устранение аварийных ситуаций в соответствии с требованиями инструкции об организации ТО и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78;
 - специалистам, выполнившим работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники Заказчика.
5. Копия заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданного РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» или наличие копии подтверждающего документа от производителя о возможности проведения технического обслуживания и ремонта данного оборудования.

Лот №5 Услуга по техническому обслуживанию парового стерилизатора производства ОАО «Витязь»

Код по ОК РБ 007-2012: 33.14.19.200

№ п/п	Наименование МТ	Кол-во, шт.	Тип марка	Заводской номер	Год выпуска	Примечание	Периодичность
1.	Стерилизатор паровой	1	ГК-100В-01С	00039	2024	Стоматологическая пол-ка.	4 квартал
	Итого:	1					

Условия выполнения работ (услуг)

1. Своевременно поставлять на объект Заказчика материалы, комплектующие, запасные части для выполнения работ (услуг) по ТО медицинской техники.

2. Расходные материалы и запасные части должны быть 100% совместимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

3. Сервисная служба в случае возникновения неисправности медицинской техники направляет своего представителя в срок не позднее 2 рабочих дней с момента письменного извещения заказчика.

4. В стоимость по техническому обслуживанию стерилизатора включить 2 внеплановых выезда в случае необходимости.

5. Работы (услуги) выполняются по месту нахождения организации здравоохранения, их подразделений (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт сложной медицинской техники в условиях Исполнителя).

При этом должно обеспечиваться:

– своевременная поставка на объекты Заказчика материалов, комплектующих, запасных частей для выполнения работ по ТО медицинской техники;

– своевременное устранение аварийных ситуаций в соответствии с требованиями инструкции об организации ТО и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78;

– специалистам, выполнившим работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники Заказчика.

5. Копия заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданного РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» или наличие копии подтверждающего документа от производителя о возможности проведения технического обслуживания и ремонта данного оборудования.

Лот №6 Услуги по техническому обслуживанию оборудования производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Код по ОК РБ 007-2012: 33.14.19.200

№ п/п	Наименование МТ	Кол-во, шт.	Тип марка	Заводской номер	Год выпуска	Примечание	Периодичность
1.	Аппарат ИВЛ	1	SV300	GB-1A 047111	2021	ОАиР	4 квартал
2.	Аппарат ИВЛ	1	SV300	GB-1A 047053	2021	ОАиР	4 квартал
3.	Аппарат ИВЛ	1	SV300	GB- 22050631	2021	ОАиР	4 квартал
4.	Аппарат ИВЛ	1	SV600	AA6- 26016845	2022	ОАиР	4 квартал
5.	Наркозно-дыхательный аппарат	1	A9	AC4- 28000833	2022	ОАиР	4 квартал
6.	Наркозно-дыхательный аппарат	1	A9	AC4- 27000696	2022	ОАиР	4 квартал
Итого:		6					

Условия выполнения работ (услуг)

1. Своевременно поставлять на объект Заказчика материалы, комплектующие, запасные части для выполнения работ (услуг) по ТО медицинской техники.

2. Расходные материалы и запасные части должны быть 100% совместимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были

восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

3. Сервисная служба в случае возникновения неисправности медицинской техники направляет своего представителя в срок не позднее 2 рабочих дней с момента письменного извещения заказчика.

4. Работы (услуги) выполняются по месту нахождения организации здравоохранения, их подразделений (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт сложной медицинской техники в условиях Исполнителя).

При этом должно обеспечиваться:

- своевременная поставка на объекты Заказчика материалов, комплектующих, запасных частей для выполнения работ по ТО медицинской техники;

- своевременное устранение аварийных ситуаций в соответствии с требованиями инструкции об организации ТО и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78;

- специалистам, выполнившим работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники Заказчика.

5. Копия заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданного РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» или наличие копии подтверждающего документа от производителя о возможности проведения технического обслуживания и ремонта данного оборудования.

Разработано:

Инженер (по эксплуатации
и ремонту медицинского оборудования)



П.А.Кацуро