

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Требуемые параметры	Кол-во
1	Катетеры гемодиализные имплантируемые (перманентные)	Катетер 2-х канальный внутривенный для гемодиализа (перманентный) диаметром 13-16 Fr для в комплекте с наборами для установки Длина катетера 24 см Длина катетера 28 см Длина катетера 36 см Длина катетера 40 см Состав набора: 1. Двухпросветный перманентный силиконовый или полиуретановый, туннелируемый, прямой катетер, диаметром 13 – 16 Fr, длина от кончика до манжеты 19 – 35 см 2. Туннельная игла 16-18G для пункции вены, длиной не менее 6,5 см 3. J-образный проводник 4. Расширитель с туннельным проводником	10 шт. 10 шт 5 шт. 5 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Венозные линии в катетере должны быть отдельными, с возможностью закрытия просвета дистальной части зажимами-защелками.
- 2.2. Соединения Luer- типа.
- 2.3. Гипоаллергенный, термолабильный материал.
- 2.4. Рентгенконтрастность.
- 2.5. Все расходные материалы – стерильные.