

ЛОТ №1. Реагенты для гематологического анализатора Mythic 18 («Orphee», Швейцария)
(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Технические характеристики

Реагенты для гематологического анализатора
Mythic 18 («Orphee», Швейцария)

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	единица измерения	количество
1.	Изотонический раствор (Дилуэнт или аналог 20л.)	упак	15
2.	Лизирующий раствор (Lysing reagent или аналог 1л.)	упак	15
3.	Промывающий раствор (Cleaning solution или аналог 1л.)	упак	30
4.	Раствор для концентрированной промывки (0,25л.)	фл	3

1. Технические характеристики:

1.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для работы на гематологическом анализаторе Mythic 18 («Orphee», Швейцария).

1.2. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке реагентов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы.

1.3. Срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

ЛОТ №2. Набор контрольных материалов для гематологического анализатора Mythic 18 («Orphee», Швейцария)

Технические характеристики

Набор контрольных материалов для гематологического анализатора Mythic 18 («Orphee», Швейцария)

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	единица измерения	количество
1.	Контрольный материал 3-х уровневый, флакон не более 2.5 мл	наб	4
2.	Калибровочный материал, флакон не более 2.5 мл	флакон	1

2. Технические характеристики:

2.1. Предлагаемые контрольные и калибровочные материалы должны быть предназначены для работы на гематологическом анализаторе Mythic 18 («Orphee», Швейцария).

2.2. Предлагаемые контрольные материалы должны быть адаптированы для возможности проведения метрологической поверки анализатора.

2.3. Предлагаемые контрольные материалы должны предоставлять информации по следующим гематологическим показателям: WBC μ L, RBC μ L, HGBg/dL, HCT %, MCVfL, MCHpg, RDW %, RDW-SDfL, PLT μ L, MPVfL, PCT %, PDW, PLCR %, LY %, MO %, GR %, LY μ L, MO μ L, GR μ L.

2.4. Срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.