

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Облучатель ультрафиолетовый кварцевый

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Облучатель	шт.	1
1.2	Тубус для рта	шт.	не менее 4
1.3	Тубус для носа	шт.	не менее 4
1.4	Тубус для миндалин	шт.	не менее 4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Источник излучения	Лампа ртутно-кварцевая
2.2	Диапазон излучения, нм	200-400
2.3	Время выхода на рабочий режим, не более, мин.	15
2.4	Одновременное обслуживание пациентов, не менее	4

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.