

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат магнитотерапевтический для
терапии низкочастотным низкоинтенсивным
магнитным полем

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

**Лот №1: Аппарат магнитотерапевтический для терапии низкочастотным
низкоинтенсивным магнитным полем**

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1.1	Блок управления	шт.	1
1.2	Излучатель основной	шт.	1
1.3	Излучатель локальный	шт.	1
1.4	Излучатель гибкий	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Виды поля	«бегущее» и «неподвижное»
2.2	Амплитудное значение индукции на поверхности основного излучателя и гибкого излучателя: – «бегущее» – при частоте следования импульсов от 1 до 75 имп/с, не более, мТл от 1 до 100 имп/с, в диапазоне, мТл – «неподвижное» – при частоте от 1 до 16 имп/с, в диапазоне, мТл	25 от 2 до 20 от 2 до 6
2.3	Амплитудное значение индукции на поверхности локального излучателя – при частоте следования импульсов от 1 до 100 имп/с, в диапазоне, мТл от 1 до 50 имп/с, в диапазоне, мТл	от 2 до 30 от 35 до 45
2.4	Количество программ воздействия, не менее	40
2.5	Сигнализация об основных неисправностях и автоматическое прекращение работы	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.