

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения принадлежности для травматологии

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) медицинских изделий	Количество
ЛОТ №1 Артроскоп и система шахт	1. Артроскоп, направление угла зрения 30 градусов	3 штуки
	2. Артроскоп, направление угла зрения 70 градусов	1 штука
	3.Высокопроточная шахта, коническая, перфорированная дистальной части, с двумя стопорными кранами и obturator конический, с ручкой (комплект)	4 штуки
ЛОТ №2 Выкусыватели	1.Выкусыватель: изогнутая 30-45° вправо рабочая часть	3 штуки
	2.Выкусыватель: изогнутая 30-45° влево рабочая часть	3 штуки
	3.Выкусыватель: изогнутая 15° вверх рабочая часть	3 штуки
	4.Выкусыватель: изогнутая 15° вверх рабочая часть	3 штуки
ЛОТ № 3 Расходные материалы для оборудования фирмы "Arthrex Inc."	1.Фреза AR-8400BC или аналог	20 штук
	2.Фреза AR-8400ST или аналог	20 штук
ЛОТ №4 Расходные материалы к помпам для лечения ран отрицательным давлением	1.Набор для вакуумной терапии ран DK10SS или аналог	100 штук
	2.Набор для вакуумной терапии ран DK10MS или аналог	200 штук
	3.Набор для вакуумной терапии ран DK10LS или аналог	50 штук
	4.Контейнер для аспирации CA32 или аналог	10 штук

2. Технические требования:

ЛОТ № 1 Артроскоп и система шахт	
2.1.1	Артроскоп, разрешение не ниже 4К. Диаметр рабочей части 4,0мм±0,2мм, длина 150-160мм. Конечные сапфировые линзы для противодействия механическим повреждением. Совместимость со световодом AR-3240.
2.1.2	Артроскоп, разрешение не ниже 4К. Диаметр рабочей части 4,0мм±0,2мм, длина 150-160мм. Конечные сапфировые линзы для противодействия механическим повреждением. Совместимость со световодом AR-3240.
2.1.3.	Шахта к артроскопом 4,0мм±0,2мм
2.2.	Стерилизация автоклавированием или этиленоксидам.
ЛОТ № 2 Выкусыватели	
2.1.1	Ствол прямой диаметром 3.2мм±0.4 мм. Ширина резекции 2,4 – 3,6 мм.
2.1.2	Ствол прямой диаметром 3.2мм±0.4 мм. Ширина резекции 2,4 – 3,6мм.
2.1.3	Ствол прямой диаметром 3.2мм±0.4 мм. Ширина резекции 3,0 – 4,0мм
2.1.4	Ствол прямой диаметром 2.7мм±0.3 мм. Ширина резекции 2,4 - 3,0мм
2.2	Рукоятка петлевого типа. Материал - медицинская сталь
ЛОТ № 3 Расходные материалы для оборудования фирмы "Arthrex Inc."	
2.1	Совместимость с оборудованием фирмы "Arthrex Inc."
ЛОТ №4 Расходные материалы к помпам для лечения ран отрицательным давлением	
2.1	Набор для вакуумной терапии ран одноразовый, стерильный.
2.2.	Расходные материалы к помпам NPWT

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.