

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

Расходного материала для закрытой системы мониторинга газового и электролитного состава крови CDI 500 (Terumo) в контуре экстракорпорального кровообращения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                        | Ед. изм. | Количество |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1.1.  | Одноразовые кюветы в магистраль ½ дюйма для определения гематокрита/сатурации (Ht/Sat) в контуре экстракорпорального кровообращения для закрытой системы мониторинга газового и электролитного состава крови CDI500 (Terumo) ½ x ½. | шт.      | 260        |

|      |                                                                                                                                                                                            |     |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1.2. | Шунтовые сенсоры с гепариновым покрытием для определения параметров КЩС и электролитов (рН, рО <sub>2</sub> , рСО <sub>2</sub> , ВЕ, НСО <sub>3</sub> , К) в венозной и артериальной крови | шт. | 320 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Технические характеристики                                                                    | Примечания |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1   | Совместимость с системой мониторинга газового и электролитного состава крови CDI 500 (Terumo) | наличие    |

|     |                                        |         |
|-----|----------------------------------------|---------|
| 2.2 | Шунтовые сенсоры в стерильной упаковке | наличие |
|-----|----------------------------------------|---------|

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно документам организатора.