

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
Лот №1	Крючок по гассу для операций по поводу отслойки сетчатки (или аналог)	4 шт.
Лот №2	Ножницы роговичные по Кастровьево (или аналог)	5 шт.
Лот №3	Шпатель глазной	20 шт.
Лот №4	Пинцет для завязывания нитей по Макферсону (или аналог)	20 шт.
Лот №5	Пинцет для капсулорексиса	10 шт.
Лот №6	Маркер для градусной разметки	2 шт.
Лот №7	Маркер для торических линз	2 шт.
Лот №8	Контейнер - стерилизатор с ручками	15 шт.
Лот №9	Устройство для имплантации интраокулярных линз	3 шт.

2. Технические требования :

№ п/п	Технические требования
Лот №1	Общая длина: не менее 130 мм Рабочая часть: стальная Кончик: плоский, с отверстием Ручка: круглая, титановая, Ø5 мм
Лот №2	Общая длина: не менее 100 мм Рабочая часть: острая, изогнутая, длина 8 мм, ширина 0.2 мм Ручка: плоская, стальная, ширина 7 мм
Лот №3	- рабочая часть шириной 0,3 +/- 0,05 мм - рабочая часть длиной 14 +/- 0,5 мм
Лот №4	Общая длина: 87 мм Рабочая часть: прямая Ручка: плоская, титановая, ширина 7.6 мм Платформа 6,0 +/- 0,5 мм
Лот №5	- деликатные - общая длина 118 +/- 2 мм - нержавеющей сталь или титан - перекрестного действия
Лот №6	- общая длина не менее 120 мм - наличие шкалы от 0° до 180° - Кольцо OD15mm, ID12mm
Лот № 7	- для использования с маркером для градусной разметки - общая длина 120 мм - полукольцо для меридиана 12мм
Лот №8	Предназначен для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента. Крышка съемная, размеры внутренние: 250*250*18мм (+/-5). Размеры габаритные 260*260*40мм (+/-5)
Лот №9	- инжектор резьбового типа

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- материал- титан- для многократного использования- полная совместимость с имеющимися в клинике картриджами Monarch C и D, подтвержденная производителем. |
|---|

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Количество
1.1	Пинцет для капсулорексиса	20 штук

2. Технические требования:

2.1 длина от 113 до 121 мм

2.2 остроконечные рабочие части

2.3 изогнутый

2.4 материал – нержавеющая сталь или титановый сплав

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий
на белорусском либо русском языке.